Keeler 루페 프레임

사용설명서

Keeler

[다음]

다음과 같이 핀 마운팅 시스템을 사용해 루페 유닛을 프레임에 장착하십시오.

Keeler

[이전] [다음]

그림에 나타난 위치로 보호 실드를 눌러 끼우십시오.





보호 실드를 끼우는 위치

Keeler

처방 렌즈 프레임을 사용하시는 경우 다음과 같이 부착시킵니다.



처방 렌즈 프레임을 끼우는 위치

Keeler

노우즈 브리지를 조절하려면 우선 로킹 캠을 그림에 나타난 위치로 돌려서 노우즈 브리지를 릴리즈하십시오. 노우즈 브리지가 릴리즈 된 후 이를 원하시는 위치로 움직이십시오.



Keeler

로킹 캠을 그림에 나타난 위치로 돌려서 노우즈 브리지를 고정시키십시오.

Keeler

[이전] [다음]

프레임이 머리에 정확하게 맞도록 토글을 편안한 위치로 움직이십시오.



Keeler

문의처 정보

제작사 (영국):
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA

무료 전화: 0800 521251
전화: +44 (0)1753 857177
팩스: +44 (0)1753 827145

판매대리점:
Keeler Instruments Inc
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355
USA

무료 전화:1 800 523 5620
전화: 1 610 353 4350
팩스: 1 610 353 7814

저희 회사의 지속적인 제품 개발 정책의 일환으로 본 제품의 사양은 사전 통고 없이 변경될 수 있습니다.

CE EP59 – 19025 Issue B

Keeler

[이전]