Keeler 루페 프레임

사용설명서

Keeler

[다음]

다음과 같이 핀 마운팅 시스템을 사용해 루페 유닛을 프레임에 장착하십시오.

Keeler

[이전] [다음]

그림에 나타난 위치로 보호 실드를 눌러 끼우십시오.



보호 실드를 끼우는 위치

Keeler

[이전] [다음]

처방 렌즈 프레임을 사용하시는 경우 다음과 같이 부착시킵니다.

처방 렌즈 프레임을 끼우는 위치

Keeler

노우즈 브리지를 조절하려면 우선 로킹 캠을 그림에 나타난 위치로 돌려서 노우즈 브리지를 릴리즈하십시오. 노우즈 브리지가 릴리즈 된 후 이를 원하시는 위치로 움직이십시오.



Keeler

로킹 캠을 그림에 나타난 위치로 돌려서 노우즈 브리지를 고정시키십시오.

Keeler

프레임이 머리에 정확하게 맞도록 토글을 편안한 위치로 움직이십시오.



Keeler

문의처 정보

제작사 (영국):

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA

무료 전화: **0800 521251**
전화: **+44 (0)1753 857177**
팩스: **+44 (0)1753 827145**

판매대리점:

Keeler Instruments Inc.
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA

무료 전화: **1 800 523 5620**
전화: **610 353 4350**
팩스: **610 353 7814**

저희 회사의 지속적인 제품 개발 정책의 일환으로 본 제품의 사양은 사전 통고 없이 변경될 수 있습니다.

CE EP59 – 19025 Issue A

Keeler

[이전]