

# An OQAS product by

Visiometrics

## MANUAL DE USUARIO Versión 2.4

#### Español

Čeština Português Magyar Deutsch Türkçe Polski English Ελληνικά

Français اللغة العربية

ltaliano 日本語

**Nederlands** 한국어



MODELO: OQAS – HDA

Optical Quality Analysis System – High Definition Analyzer MARCA: HD Analyzer

PARTES APLICABLES: Mentonera (Tipo B)

CÓDIGO: 2 REVISIÓN: 1 2017/08 IMPRESO EN ESPAÑA

# Índice de Contenidos

AI	OVER	TENC	CIAS	6
PF	RECA	UCIO	NES	
1	INT	ROD	UCCIÓN	9
	1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.3 1.4 1.4.2 1.4.2 1.4.3 1.5	DES <sup>1</sup> 2 3 CAR APLI ESPI 1 2 3 4.3.1 VIDA	CRIPCIÓN GENERAL Técnica del doble paso ¿Qué es el OSI? ¿Qué es la MTF? ACTERÍSTICAS CACIONES ECIFICACIONES TÉCNICAS DE HD ANALYZER™ Especificaciones del hardware Especificaciones del programa Accesorios Ordenador (PC o portátil)	9 10 12 14 14 15 16 16 17 17 17
	1.6	EXA	CTITUD DEL MANUAL	18
2	INS	TALA	ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HARDWARE HD ANALYZ	ER™19
2	2.1 2.2 ELIN		ALACIÓN DEL HD ANALYZER™ TENIMIENTO Y CALIBRACIÓN NAMIENTO DEL HD ANALYZER™	
3				
	3.1 3.2 3.2.7 3.2.7 3. 3. 3. 3. 3.	UTIL UTIL 1 2 2.2.1 2.2.2 2.2.3	IZACION DEL PROGRAMA SIN EL INSTRUMENTO HD ANALYZEF IZACIÓN DEL PROGRAMA CON EL INSTRUMENTO HD ANALYZE Indicaciones al usuario Indicaciones al paciente Indicaciones generales Indicaciones al paciente durante la medición "Best Focus" Indicaciones al paciente durante las mediciones "OSI" y "Light Co	R™22 ER™22 22 23 23 24 ondition"
	3. 3. 3. 3.3	2.2.4 2.2.5 2.2.6 MEN	Indicaciones al paciente durante la medición "Tear Film" Indicaciones al paciente durante la medición "Depth of Focus" Indicaciones al paciente durante la secuencia de Purkinje Ú INICIO	24 24 24 24 24 25
	3.4	BAS	E DE DATOS	26
	3.4.1	1	Explicación general	26
	3.4.2	2	Trabajar con pacientes	
	3. 3. 3.	4.2.1 4.2.2 4.2.3	Anadir un nuevo paciente Modificar un paciente ya existente Eliminar un paciente	28 29 29

3.	4.3	Trabajar con medidas	.30
	3.4.3.1	Cargar una medida concreta	.30
	3.4.3.2	Imprimir distintas medidas	.31
	3.4.3.3	Comparar distintas medidas	.31
35	3.4.3.4 MFF	DICIONES	.32
3.	.5.1	Cómo realizar una adquisición	.36
3.	5.2	Best Focus	.39
3.	5.3	Tipos de medida	.40
	3.5.3.1	OSI y Light Condition	.40
	3.5.3.2	Tear Film	.42
0	3.5.3.3	Depth of Focus	.43
3.	5.4	Monitorización de resultados	.45
	3.5.4.1	OSI y Light Condition	.46
	3543	Depth of Focus	59
	3.5.4.4	Pantallas de comparación de resultados	.61
3.	5.5	Medición de Purkinje	.63
	3.5.5.1	Introducir la refracción subjetiva	.63
	3.5.5.2	Seleccionar la opción Purkinje	.65
	3.5.5.3	Alejar la máquina del paciente y centrar el ojo	.65
	3.5.5.4	Seleccionar la opcion adecuada	.66
	3556	Captura automática de imágenes y detección de elementos buscados	72
	3.5.5.7	Validar una imagen parcial	.74
	3.5.5.8	Adquirir y validar las imágenes parciales restantes	.76
	3.5.5.9	Resultados finales	.78
3.	5.6	Impresion y exportacion de un informe de resultados	.79
3.6	CON	IFIGURACION	.87
3.	6.1	Identificación	.87
3.	6.2	Opciones visuales generales	.87
3.	6.3	Guardar y exportar	.88
3.	6.4	Opciones visuales para "OSI"	.88
3.	6.5	Opciones de Tear Film	.89
3.	6.6	Opciones visuales de Purkinje	.89
3.	6.7	Botones Modificar y Cancelar	.89
3.	6.8	Botones auxiliares	.89
3.7	COF	PIA DE SEGURIDAD	.90
4 E	JEMPL	OS DE MEDIDA	91
4.1	OJC	NORMAL	.91
4.2	OJC	CON CATARATA	.92
4.3	OJC	POST-LASIK	.93
5 R	ESOLI	JCIÓN DE ERRORES	95
5.1	Men	SAJES DE ERROR	.95

	5.2	MENSAJES DE ADVERTENCIA	.96
6	FAE	BRICANTE	98
7	INF	ORMACIÓN REGLAMENTARIA	99
8	SÍM	BOLOS1	00
9	INM	UNIDAD ELECTROMAGNÉTICA 1	00

# **A**DVERTENCIAS

LEER COMPLETAMENTE EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN CON EL EQUIPO.

ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAS FAMILIARIZADAS CON EL USO DE INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICO Y CONTROL (OFTALMÓLOGO, OPTOMETRISTA, PERSONAL DE ENFERMERÍA, AUXILIAR, ETC.)

ESTE EQUIPO HA DE SER OPERADO UTILIZANDO UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN HOMOLOGADA POR VISIOMETRICS.

EL EQUIPO NO DEBE POSICIONARSE DE FORMA QUE DIFICULTE EL ACCESO A LA CLAVIJA DE CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA RED ELÉCTRICA.

APAGUE O DESENCHUFE EL APARATO CUANDO NO SE ENCUENTRA EN USO.

PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIO Y DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA LA UNIDAD HD Analyzer™ A LA LLUVIA O HUMEDAD.

ESTE APARATO NO ES A PRUEBA DE AGUA O SALPICADURAS. SI ENTRA HUMEDAD, AGUA O LÍQUIDO EN SU INTERIOR, DESENCHUFELO INMEDIATAMENTE Y CONTACTE CON EL SERVICIO TÉCNICO ANTES DE USAR EL APARATO DE NUEVO.

MANTENGA ESTE APARATO SECO.

SOLO PARA USO INTERIOR. NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO EN EXTERIORES.

LA GARANTIA QUEDARÁ SIN EFECTO SI SE INTENTA RETIRAR LAS CUBIERTAS DE LA UNIDAD Y/O MODIFICAR LA MISMA. PARA ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE RECOMIENDA CALIBRARLO ANUALMENTE.

NO APTO PARA USO EN AMBIENTES INFLAMABLES.

EN EL INTERIOR NO EXISTEN PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. DIRÍJASE A SU PROVEEDOR O AL SERVICIO TÉCNICO.

EN CASO DE ROTURA O DETERIORO DE ALGUNA PARTE EXTERNA, CONTACTE CON EL SERVICIO TÉCNICO ANTES DE USAR EL APARATO DE NUEVO.

NUNCA TOQUE EL CRISTAL DE LA VENTANA DE SALIDA DEL EQUIPO.

# PRECAUCIONES

No intente desmontar, modificar o reparar el instrumento HD Analyzer™. En su interior contiene un producto láser de clase 3R. Evite la exposición directa del ojo.

No exponga el instrumento a luz brillante como la del sol durante largos períodos. No lo utilice en condiciones de temperatura superiores o inferiores a las recomendadas.

Este equipo debe conectarse a la red eléctrica. Tome las precauciones domésticas al conectarlo a la red.

Si el equipo deja de funcionar normalmente le aparecerán mensajes de error en la pantalla del ordenador. En este caso, no intente repararlo. Diríjase a su proveedor o servicio técnico.

Si el equipo deja de funcionar o deja de funcionar normalmente (apareciendo mensajes de error en la pantalla del ordenador) por la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o variaciones de presión, a la aceleración, a fuentes térmicas de ignición u otras causas, no intente repararlo. Diríjase a su proveedor o servicio técnico.

Contacte con VISIOMETRICS para solicitar ayuda.

# 1 INTRODUCCIÓN

## 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Debido a la acuciante necesidad de medir la calidad visual de un modo objetivo, VISIOMETRICS ha desarrollado el HD Analyzer<sup>™</sup>, un instrumento basado en la técnica del doble paso que proporciona una evaluación clínica objetiva de la calidad óptica del ojo.

Se parte de una fuente de luz puntual producida por un haz láser cuya imagen se forma sobre la retina del ojo. Al reflejarse en la retina, la luz cruza dos veces el medio ocular. HD Analyzer™ analiza el tamaño y la forma del punto de luz reflejado.

Las imágenes HD Analyzer<sup>™</sup> contienen toda la información acerca de la calidad óptica del ojo, incluso las aberraciones de orden superior y la luz difusa, las cuales no son tenidas habitualmente en cuenta por la mayoría de técnicas aberrométricas. Estas aberraciones de orden superior pueden tener un impacto importante en cirugía refractiva, del mismo modo que la luz difusa en el ojo senil.

HD Analyzer<sup>™</sup> permite realizar medidas en una gran variedad de situaciones clínicas. Una de las áreas de aplicación más prometedoras de HD Analyzer<sup>™</sup> es la detección y clasificación de cataratas, así como la cirugía refractiva. Asimismo, sus funcionalidades para la evaluación de la pseudoacomodación y para la evaluación de la degradación de la película lacrimal con el tiempo, constituyen herramientas de gran utilidad para el estudio de la presbicia y del síndrome de ojo seco.

HD Analyzer<sup>™</sup> dispone de un programa de control y adquisición de medidas que proporciona ventajas adicionales: fácil manejo, entorno de trabajo intuitivo y control en tiempo real.

## 1.1.1 Técnica del doble paso

La Figura 1 muestra un diagrama esquemático de un sistema de doble paso similar al correspondiente al HD Analyzer™.

La fuente de luz consiste en un diodo láser de 780 nm. de longitud de onda. El haz es espacialmente filtrado y colimado. Después de que el haz es reflejado en una película divisora es transmitido por las lentes L2 y L3 que conforman un sistema de Badal hacia el ojo del paciente. A través del cabezal móvil FC, al cual se hallan solidarios dos espejos, se produce la corrección de la refracción esférica del ojo a medir. Esto se consigue por medio de la modificación de los caminos ópticos entre las lentes L2 y L3.



Figura 1. Esquema del doble paso

El ojo forma la imagen de la fuente puntual sobre la retina. El camino óptico descrito hasta el momento constituye el primer paso del sistema.

El segundo paso es el que la luz determina en su trayectoria desde la retina hasta la cámara CCD (imagen aérea o de doble paso). Este camino se inicia con la luz que se refleja en la retina con un determinado patrón debido al comportamiento difusor de esta superficie. La luz reflejada pasa a través de la óptica ocular, del sistema de Badal hasta el divisor de haz. La luz que se transmite encuentra en su camino la segunda pupila artificial (PA2) que se halla conjugada con el plano pupilar del ojo. Ducha pupila es variable y actúa como la pupila de salida efectiva cuando la pupila natural del ojo posee un diámetro mayor que PA2. La pupila efectiva será siempre la menor de las dos. Un objetivo enfoca la imagen aérea sobre la cámara CCD. Las medidas se pueden realizar con diferentes diámetros pupilares de salida (PA2).

## 1.1.2 ¿Qué es el OSI?

## OSI = Objective Scattering Index

El OSI es un parámetro que permite la evaluación objetiva de la luz difusa (scattering) intraocular. Se calcula a partir de la evaluación de la cantidad de luz que hay en la parte exterior de la imagen de doble paso del paciente, con respecto a la cantidad de luz de la zona central de la misma. De acuerdo con esto, cuanto mayor sea el valor OSI, mayor será el nivel de luz difusa (scattering) intraocular.

Se trata del único parámetro objetivo que permite la cuantificación objetiva de la luz difusa intraocular. Tiene interés en todas las situaciones clínicas en que pueda haber luz difusa: desarrollo y cirugía de cataratas, cirugía refractiva, lentes intraoculares, edad, síndrome de ojo seco...etc.

El OSI ha demostrado su validez para una nueva clasificación objetiva del desarrollo de cataratas, más robusta y precisa que las subjetivas que existen hasta ahora. Para ojos con un nivel de scattering normal (jóvenes) el valor OSI es inferior a 1.0. Para ojos en los que se está desarrollando una catarata, el valor OSI se sitúa entre 1.5 y 4. Para ojos con catarata madura el valor OSI es superior a 4.

## 1.1.3 ¿Qué es la MTF?

MTF = Función de Transferencia de Modulación (Modulation Transfer Function)

La MTF de un sistema óptico es una función que permite evaluar el grado de detalle que el sistema es capaz de distinguir, o lo que es lo mismo, evalúa la relación entre el contraste de la **escena real** y el contraste de la **imagen** que forma el sistema. Nuestro ojo es un sistema óptico, por lo que también tiene una MTF asociada, e indica cuánto disminuye el contraste en la imagen formada en la retina respecto de la escena real.

En cualquier sistema óptico, la reducción del contraste es mayor para frecuencias espaciales altas (detalles finos y contornos en la imagen). Por ello, en nuestro caso, de los siguientes códigos de barras, los códigos de la derecha son percibidos más grises (menor contraste) que los de la izquierda, pese a tener todos ellos la misma definición. Ello concuerda con el hecho de que cuantos más detalles y contornos (mayor frecuencia espacial) hay en la **escena real**, más se reduce, en la **imagen** formada en nuestra retina, el contraste entre esos detalles y contornos.

# 

Figura 2. Patrones de barras con frecuencias espaciales distintas

Por lo tanto, la MTF es una función que relaciona las frecuencias espaciales, medidas en ciclos por grado, con la disminución de contraste obtenida para cada una de ellas en la imagen del sistema, en nuestro caso, la imagen formada en la retina.

En la siguiente figura hemos simbolizado con una llave una distancia que asimilaremos a un grado. Podemos observar que el número de ciclos espaciales completos (patrón formado por una raya negra y una blanca) que caen en un grado varía en función de la frecuencia. Para el primer código de barras, la frecuencia espacial es 1, mientras que para las siguientes, es 2, 4, 8 y 16, respectivamente. Efectivamente, ocurre que, cuanto mayor es la frecuencia espacial, menor es el contraste en la imagen formada en la retina.



Figura 3. Patrones de barras con frecuencias espaciales distintas y marca de referencia simbolizando un grado.

Si el contraste en la imagen del sistema fuera el mismo que el contraste en la **escena real**, el valor de MTF sería 1, el máximo posible. Conforme la frecuencia aumenta, la MTF disminuye porque el contraste en la **imagen del sistema** es cada vez menor que el contraste de la **escena real**. Esa relación, expresada matemáticamente, es la siguiente:



Figura 4. Comparación del contraste (C) de la escena real (A) respecto el contraste (D) de la imagen formada por el sistema óptico (B).

Y finalmente, si representamos la curva de la MTF en un gráfico, obtenemos algo parecido a lo siguientes:



Figura 5. Gráfico de MTF: en el eje Y, las frecuencias, en el X las MTF asociadas a cada una.

La MTF también varía con el tamaño de pupila. Por ello es importante fijarse en el diámetro de la pupila con la que se tomaron diferentes medidas antes de compararlas. Este valor será el que elijamos como pupila artificial antes de realizar la adquisición, siempre que sea menor que el diámetro de pupila real del paciente. Puesto que la pupila del paciente se dilata y contrae constantemente, aconsejamos realizar la medida con diámetro de pupila artificial inferior al diámetro de pupila natural, de modo que las condiciones de la medida serán reproducibles.

## 1.2 CARACTERÍSTICAS

- Evaluación cuantitativa y objetiva del scattering intraocular.
- Evaluación cuantitativa y objetiva de la calidad óptica del ojo.
- Evaluación cuantitativa y objetiva de la pérdida de calidad óptica debido a la degradación de la película lacrimal.
- Evaluación cuantitativa y objetiva de la pseudoacomodación.
- Evaluación cualitativa de la calidad del ojo mediante mapas bidimensionales y tridimensionales de la imagen retiniana de doble paso, así como la simulación de la imagen de una escena proyectada sobre la retina.
- Evaluación de la posición del eje óptico respecto del centro de la pupila.

- En caso de que un "inlay" KAMRA<sup>™</sup> esté implantado, evaluación de la posición del "inlay" implantado respecto del centro de la pupila, y respecto del eje óptico.
- Herramientas para la óptima visualización y cuantificación de las imágenes, tales como zoom, rotación, perfiles y mediciones sobre la imagen.
- Base de datos de pacientes útil y de fácil manejo.
- Impresión de informes con los resultados y datos de la medida.
- Fácil adquisición y manipulación de las imágenes.

## 1.3 APLICACIONES

- Evaluación del grado de difusión intraocular (OSI) para la detección temprana de cataratas o la determinación de su grado de madurez. Medida objetiva de los halos y el deslumbramiento.
- Comparación de mediciones pre- y post- cirugía refractiva y de la catarata.
- Evaluación de la calidad de la película lacrimal, especialmente en pacientes que sufren de ojo seco.
- Medida objetiva del rango de pseudoacomodación.
- Diagnóstico de patologías.
- Medida precisa de la MTF (Función de Transferencia de Modulación) ocular en todas las situaciones. Los aberrómetros sobrestiman la MTF cuando existe luz difusa (scattering), producida, por ejemplo, por cataratas.
- Muestra el efecto de las aberraciones oculares en la agudeza visual (incluyendo las aberraciones de orden superior, las cuales no son tenidas habitualmente en cuenta por la mayoría de aberrómetros estándar).
- Muestra el efecto de la degradación de la película lacrimal en la calidad de la imagen retiniana.
- Evaluación de la imagen de Purkinje de un ojo sin un "inlay" KAMRA™ implantado, detectando la posición exacta de su eje óptico respecto del centro de su pupila, y permitiendo conocer la posición requerida para la correcta implantación del "inlay" KAMRA™.
- Evaluación de la imagen de Purkinje de un ojo con un "inlay" KAMRA™ implantado, detectando la posición exacta del "inlay" implantado respecto de su eje óptico, permitiendo cuantificar cuán cerca ha quedado posicionado el "inlay" implantado respecto a su posición óptima (el eje óptico).

## 1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HD ANALYZER™

## 1.4.1 Especificaciones del hardware

	Тіро В				
Alcance de las mediciones:	Entre +5 D y -8 D E.E. (las ametropías				
	superiores, incluyendo el astigmatismo, deben				
	neutralizarse con una lente adicional)				
	<ul> <li>Reproducibilidad: +,</li> </ul>	/- 0.25 D			
	<ul> <li>Precisión: +/- 0.25 [</li> </ul>	)			
Repetitividad del valor	± 0.125 D de la media				
dióptrico de mejor enfoque:					
Medición del diámetro natural	Automática				
de la pupila:	<ul> <li>Precisión: +/- 0.5mr</li> </ul>	n (para un diámetro			
	pupilar de 8mm)				
Diámetro artificial de la pupila:	De 2 a 7 mm				
Tiempo de captura de la	240 ms				
imagen:					
Longitud de onda del diodo	780 nm				
láser:					
Selección de la potencia	Automática				
láser:					
Máxima potencia láser en	45,39µW				
plano de pupila:					
Posición óptima del foco:	Automática				
Estímulo de fijación:	Paisaje con casa				
I raslación a XY:	Joystick	D)			
Tamano:	415 (L) x 350 (An) x 530 (Al) mm				
Espacio recomendado de	2.5 m <sup>2</sup>				
trabajo:	00 hz				
Peso:	20 Kg				
Fuente de alimentación	Entrada: 100-240 VAC, 5	0-60 HZ, MAX. 1 A			
Condiciones embienteles	Salida. 12 V DC, 3.5 A,	42 VV			
		30% a 90%			
Transporto	-10 °C a +55 °C	10% a 95%.			
Con relegión e la modición del	Purkinia:	10% a 95%			
Solocción do la potoncia					
láser	Automatica				
Detección del Purkinie:					
Detección del offset Purkinie -					
inlav KAMRA™	Error inferior a 142µm. en más del 95% de las				
Detección del offset Pupila –	medidas.				
inlay KAMRA™					

Clase II	Este símbolo indica que el grado de aislamiento eléctrico del HD Analyzer™ con respecto a las partes de alimentación es de clase II. Esto significa que existe un doble aislamiento eléctrico, con lo que no es necesaria una toma a tierra de seguridad.
----------	--

## 1.4.2 Especificaciones del programa

CPU:	Compatible con Pentium 1.6 MHz o superior
Memoria RAM:	512 MB mínimo
Resolución de pantalla:	Mínima 1280 x 768; recomendada 1366 x 768
Sistema operativo:	Windows XP, Windows Vista y Windows 7 (32 bits)
Mínimo puertos USB	1 puerto USB 2.0

## 1.4.3 Accesorios

## 1.4.3.1 Ordenador (PC o portátil).

Se utiliza para ejecutar el programa de control del instrumento. Debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas:

Procesador:	2.10Ghz, 3MB			
Resolución de pantalla:	Mínima 1280 x 768; recomendada 1366 x 768			
Memoria:	4 GB 1600 MHz DDR3			
Disco Duro:	320 GB			
Sistema operativo:	Windows XP, Windows Vista y Windows 7 (32 y 64 bits)			
Mínimo puertos USB	1 puerto USB 2.0 (recomendado 2)			

## 1.5 VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

La fuente de alimentación entregada con el equipo HD Analyzer™ tiene una vida útil de 3 años y debe ser sustituida pasado este tiempo.



Este equipo ha de ser operado utilizando una fuente de alimentación homologada por Visiometrics.

VISIOMETRICS estima que la vida útil del equipo, habiéndose sustituido debidamente la fuente de alimentación, es de 5 años. Un uso habitual del HD Analyzer™ durante 5 años sitúa a los elementos dinámicos del equipo por debajo del 15% de su vida útil.

## 1.6 EXACTITUD DEL MANUAL

Es posible que algunas de las pantallas mostradas en las diversas imágenes de este manual no concuerden, con total exactitud, con las pantallas visibles de su programa.

En cualquier caso, las posibles diferencias serán debidas a diferentes opciones de configuración.

# 2 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HARDWARE HD ANALYZER™

## 2.1 INSTALACIÓN DEL HD ANALYZER™

La instalación del equipo HD Analyzer™ debe ser llevada a cabo por un instalador autorizado.

El equipo no está diseñado para ser portátil. Una vez instalado, se desaconseja su traslado a otra ubicación. En el caso de ser imprescindible el traslado a una ubicación próxima, recomendamos que procedan dos personas, levantando el instrumento cogiéndolo por su base, cada persona a un lado del instrumento.



No coja nunca el HD Analyzer™ de ninguna parte, excepto de su base. La parte móvil es muy frágil y se podrían estropear los elementos del interior.

En el caso de ser necesario el transporte a una ubicación lejana, deberán contactar con su distribuidor habitual o el fabricante, para que realice el proceso de embalaje correctamente y la posterior instalación en el nuevo destino.

## 2.2 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

## Calibración

Se recomienda contactar con el distribuidor para efectuar una calibración una vez al año. El usuario no debe realizar ninguna labor de calibración en este equipo, ya que ésta debe llevarse a cabo por personal especializado.

La etiqueta de la unidad contiene la fecha de la próxima calibración recomendada. Además, el propio programa, en su configuración, conoce esa fecha, por lo que avisará cuando queden menos de 30 días para esa fecha, o cuando detecte que esa fecha ya ha pasado.

## Limpieza

La única operación de mantenimiento a realizar sobre el equipo por parte del usuario es la limpieza del mismo, que debe realizarse como explicamos a continuación.

Desenchufe siempre el instrumento HD Analyzer<sup>™</sup> antes de limpiarlo. Limpie las superficies plásticas con un trapo suave ligeramente humedecido con agua. No use disolventes ni limpiadores abrasivos.

## Desinfección

El HD Analyzer<sup>™</sup> tiene un riesgo de infección derivado de su uso, ya que el paciente está en contacto con el instrumento a través de la piel en la zona de la barbilla y la frente, que reposan sobre la mentonera, y de sus manos, con las que puede agarrarse a la mentonera.

Este riesgo, que puede ser calificado como de No Crítico y en consecuencia necesitará un nivel de desinfección bajo, es minimizado todavía más mediante el uso de papel protector para la zona de la barbilla (el instrumento viene con un pack inicial de 100 papeles).

El paciente está en contacto con el instrumento a través de piel intacta en la zona de la barbilla y la frente, que reposan sobre la mentonera, y con sus manos, con las que puede cogerse a la mentonera. Estas zonas de contacto pueden desinfectarse periódicamente utilizando un desinfectante de bajo nivel de desinfección como los amonios cuaternarios.

Se recomienda llevar a cabo estas labores de mantenimiento de forma trimestral.

# **3** FUNCIONAMIENTO DEL HD ANALYZER<sup>™</sup>

## 3.1 UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA SIN EL INSTRUMENTO HD ANALYZER™

El programa permite consultar los datos guardados sin necesidad de estar conectado o encender el instrumento HD Analyzer™. Todas las operaciones que le permite realizar la base de datos (véase apartado 3.4) se pueden realizar sin instrumento.

## 3.2 UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA CON EL INSTRUMENTO HD ANALYZER™

## 3.2.1 Indicaciones al usuario

El instrumento HD Analyzer<sup>™</sup> permite llevar a cabo las mediciones del ojo con o sin corrección. El propio programa, cuando indique la refracción subjetiva del paciente, le mostrará cuáles son los distintos modos con los que puede ser corregido cada uno de los ojos de ese paciente, y remarcará cuáles son los aconsejados. En este punto, usted podrá seleccionar, de entre todos los disponibles, el modo escogido para corregir.

Es importante recalcar lo siguiente:

- Las mediciones Purkinje no requieren de ningún tipo de corrección externa.
   Por ello, al realizar una medición Purkinje, no utilice...
  - o ningún tipo de lente astigmática,
  - o ni las propias gafas del paciente, ni gafas de prueba,
  - ni lentes de contacto.
- Las lentes progresivas podrían impactar en los resultados. Cuando corrija mediante lentes progresivas, preste especial atención a la posición de la cabeza y de las gafas, para intentar que todas las mediciones se tomen a través de la misma zona de la lente.
- El uso de lentes de contacto puede afectar a la lágrima, por lo que se recomienda no tomar mediciones "Lágrima" mientras se utilizan lentes de contacto.
- Evite el uso de lentes de contacto multifocales.

Además de la corrección aplicada, también es muy importante el comportamiento del paciente durante las mediciones. Un comportamiento no adecuado del paciente puede derivar en unos resultados poco precisos.



Se recomienda que todas las mediciones se tomen en salas con luminosidad baja y constante, para facilitar la dilatación de la pupila.

También se recomienda evitar corrientes de aire directas al paciente, para no afectar al ritmo de parpadeos del paciente.

Para minimizar estas situaciones, usted debe ser claramente consciente del comportamiento que el paciente debe seguir, y transmitírselo al paciente adecuadamente.

A continuación, puede encontrar detallado el comportamiento esperado del paciente durante las distintas mediciones.

## 3.2.2 Indicaciones al paciente

#### 3.2.2.1 Indicaciones generales

Antes de empezar las mediciones es importante colocar correctamente al paciente y que éste se encuentre en una posición que le resulte cómoda.

Para ello, asegúrese de que los protectores higiénicos se hallan correctamente colocados en la mentonera del aparato HD Analyzer™, y avance la parte móvil del aparato hasta la posición más lejana del paciente. Además, se recomienda que todas las mediciones se tomen en salas con luminosidad baja y constante, para facilitar la dilatación de la pupila, y evitar corrientes de aire directas al paciente, para no afectar el ritmo de parpadeos del paciente.

El paciente debe colocar el mentón sobre el protector higiénico de la mentonera. Con la ayuda del joystick del instrumento, desplace el cabezal hacia el paciente, a la vez que mantiene centrada la pupila del paciente en la imagen, hasta que la pupila aparezca enfocada en la imagen. Solicite al paciente que intente relajarse y sentirse cómodo.

## 3.2.2.2 Indicaciones al paciente durante la medición "Best Focus"

Al iniciar la secuencia para determinar la refracción objetiva (*Best Focus*), advierta al paciente de que el estímulo aparecerá, por momentos, desenfocado, y que no debe tratar de enfocarlo, simplemente que mire relajadamente al estímulo durante toda la secuencia.

# 3.2.2.3 Indicaciones al paciente durante las mediciones "OSI" y "Light Condition"

Al iniciar las secuencias para determinar la calidad óptica (*OSI* y *Light Condition*), solicite al paciente que intente, en todo momento, enfocar al estímulo.

#### 3.2.2.4 Indicaciones al paciente durante la medición "Tear Film"

Al iniciar la secuencia de análisis de la película lacrimal (*Tear Film*), solicite al paciente que mire relajadamente el estímulo presentado.

Si la medición se realiza siguiendo algún patrón de sonidos, solicite al paciente que parpadee solamente al oír las señales acústicas.

Si no se sigue ningún patrón de sonidos, solicite al paciente que intente no parpadear, o que parpadee lo mínimo posible, durante todo el proceso (20 segundos).

Además, indique al paciente que mantenga cerrado el ojo que no está siendo analizado, con tal de evitar la estimulación de las glándulas lacrimales y la producción de lágrima "extra".

## 3.2.2.5 Indicaciones al paciente durante la medición "Depth of Focus"

La secuencia de pseudoacomodación (*Depth of Focus*) está indicada solamente para aquellos pacientes que han perdido, en gran medida o incluso totalmente, su capacidad de acomodar. Pese a ello, al iniciar la secuencia solicite al paciente que intente, en todo momento, enfocar al estímulo.

## 3.2.2.6 Indicaciones al paciente durante la secuencia de Purkinje

Al iniciar la secuencia de Purkinje (*Purkinje*), solicite al paciente que, mientras vea el punto rojo, centre su mirada en él. Además, durante los breves instantes en que el programa captura las imágenes, solicítele que intente no parpadear.

## 3.3 MENÚ INICIO

La primera vez que inicie el programa, aparecerá un aviso indicándole que debe leer este manual de usuario antes de continuar usando el programa.

Tras aceptar el aviso, el programa mostrará la pantalla de inicio habitual, y comprobará los días restantes hasta la próxima calibración recomendada. En el caso de que queden menos de 30 días, mostrará un aviso muy claro en la parte inferior. En ese caso, contacte con su distribuidor para organizar una calibración.



Figura 6. Menú de inicio (Inicio)

La mayoría de las veces que ejecute el programa, una vez mostrada la pantalla de inicio habitual, usted se dirigirá a la pantalla de Base de datos. Para ahorrarle tiempo, el programa automatiza ese paso y, tras mostrar brevemente la pantalla de inicio habitual, mostrará la pantalla de Base de datos.

Mediante los botones de esta pantalla, tiene acceso a las siguientes opciones:

• *Base de datos*: Permite el acceso a los datos de los pacientes para poder editar, ver, comparar, imprimir y borrar resultados guardados previamente. Siempre podrá acceder a la base de datos a través de este botón, aunque se ejecute el programa sin tener el equipo conectado.

- *No hardware Reinicio*: Sólo es visible si el programa, en el momento en que se inició, no pudo detectar el hardware. Permite reiniciar rápidamente el programa, para intentar detectar de nuevo el hardware.
- *Copia de seguridad*: Permite realizar una copia de seguridad de la base de datos de pacientes y de las imágenes asociadas en el directorio seleccionado por el usuario.
- Configuración: Mediante este botón accede a la pantalla de configuración del programa, donde podrá configurar algunos de los parámetros del sistema. El significado de cada parámetro se explica en detalle en capítulos posteriores.

## 3.4 BASE DE DATOS

El programa proporciona una base de datos fácil de usar, accesible mediante el botón *Base de datos*.

## 3.4.1 Explicación general

Desde esta pantalla puede añadir nuevos pacientes y modificar o borrar los existentes, así como seleccionar uno para comenzar la secuencia de medida.

						Dr. John Smith	- Visiometric:	s Eye 1 - 2.4.0.0 (2 23/06/201	Care
New	PATIENT:	Search by fa						(*) Re	equired fields
New Measure	(*)Family Name:	Demo					(*)Patient's Id:	12	3456
Modify	(*)First Name:	Patient					(*)Date of birth:	15,	/06/1958
Delete	Gender (M/F): Address: City: Ph. number: Comments:			Zip code: E-mail:	Country				
Print	Total number of	acquisitions:	27						Filter by
FIIIR	Date/Time	Туре	Eye	Information					No filter
Compare	21/06/2017 19:50	Tear Film Tear Film	OD OD	Mean ± Std Dev = 0.71 ± 0.07 Mean ± Std Dev = 0.75 ± 0.05	Max - Min - Dif = 0.87 - 0.68 - Max - Min - Dif = 0.90 - 0.67 -	<ul> <li>0.29 Sounds pattern = Baseline</li> <li>0.23 Sounds pattern = Baseline</li> </ul>	Group = 1.Plateau Group = 2.P/S	,	Acq. date:
Delete acq.	21/06/2017 19:26 21/06/2017 19:23	Tear Film Tear Film	OD OD	Mean ± Std Dev = 1.37 ± 0.13 Mean ± Std Dev = 1.48 ± 0.43	Max - Min - Dif = 1.65 - 1.02 - Max - Min - Dif = 3.61 - 1.08 -	- 0.64 Sounds pattern = Baseline - 2.53 Sounds pattern = Baseline	Group = 3.Seesaw Group = 3.Seesaw	All	Aca, type:
	19/06/2017 15:28 19/06/2017 15:26 19/06/2017 15:24 19/06/2017 15:23	Depth of Focus Depth of Focus Depth of Focus Tear Film		OQAS Accommodative Range OQAS Accommodative Range OQAS Accommodative Range Mean + Std Dev = 0.96 + 0.12	(D) = 0.50 (D) = 0.75 (D) = 0.75 Max - Min - Dif = 1.26 - 0.79	-0.47 Sounds nattern = Baseline	Group = 4 S/l		OSI Tear Film
	19/06/2017 15:22 19/06/2017 12:57	OSI Depth of Focus	OD OD	OSI = 0.8 MTF = 46.190 Stre OQAS Accommodative Range	nl ratio = 0.237 Width 50 - 10 (D) = 3.00	= 2.92 - 9.50 VA 100 - 20 - 9 = 1	.5 - 1.1 - 0.6	D) Li	epth of Focus ght Condition
	19/06/2017 12:53 16/06/2017 14:06 16/06/2017 14:05	OSI Light Condition Depth of Focus	OD OS OS	OSI = 2.9 MTF = 2.927 Streh MTF = 52.275 Strehl ratio = 0. OQAS Accommodative Range	ratio = 0.046   Width 50 - 10 = 506   Width 50 - 10 = 2.40 - 4. (D) > 3.00	= 42.00 - 0.00 VA 100 - 20 - 9 = 0 78 VA 100 - 20 - 9 = 1.7 - 1.6 - 1.	2		Purkinje Eye:
Setup	16/06/2017 14:02	OSI Tear Film	0S 0S	OSI = 1.3 MTF = 22.221 Stre Mean + Std Dev = 1.36 + 0.47	n Iratio = 0.174 Width 50 - 10 Max - Min - Dif = 2.97 - 0.96 -	= 6.02 - 15.53 VA 100 - 20 - 9 =	0.7 - 0.6 - 0.4	0	DD OS
Exit	16/06/2017 14:00	Depth of Focus	os	OQAS Accommodative Range	(D) = 0.00	2.01 Oounds partern - Dasenne			

Figura 7. Base de datos de pacientes

El campo *Paciente* da acceso a un buscador de pacientes, donde puede filtrar por nombre, apellido, identificador y un rango de fechas (nacimiento, última medición o cualquier medición).

Searcher			×
Filter by text			Date Birth
			15/06/1958 ≑ 24/05/2017 ≑
Family name	First name	Patient Id	Birth
Aaaa		824523	06/08/1982
Bbb	Bbbbbbb	361123	30/11/1962
Cecee	Cecece	843976	25/04/1968
Dddddd	Ddddddd	571947	28/01/1974
Another Demo	Patient	972615	06/09/1984
Demo	Patient	123456	15/06/1958
Үууууу	Үууууууууу	942966	16/06/1973
Zzzzz	7222222222	88962	23/12/1987
			-
OK		C	ancel

#### Figura 8. Buscador de pacientes, sin ningún filtro aplicado

A medida que rellene los distintos filtros, el conjunto de pacientes que cumplen las distintas condiciones se actualiza.

Searcher				×
Filter by text-			Date Birth	-
De			15/06/1958 ≑ 24/05/201	7 ÷
Family name	First name	Patient Id	Birth	~
Another Demo	Patient	972615	06/09/1984	
Demo	Patient	123456	15/06/1958	
				_
				-
OK		Ca	ncel	

Figura 9. Buscador de pacientes, con filtro aplicado

Una vez visualice el paciente deseado, selecciónelo y presione Intro, o haga dobleclic sobre él, para cargarlo en la pantalla de Base de datos.

Ahora, la pantalla de Base de datos muestra todos los detalles de ese paciente, y usted puede realizar nuevas mediciones o cargar y analizar datos existentes.

## 3.4.2 Trabajar con pacientes

#### 3.4.2.1 Añadir un nuevo paciente

Para añadir un nuevo paciente a la base de datos, haga clic en el botón *Nuevo* y todos los campos pasarán a ser editables. Es obligatorio rellenar los campos *Id Paciente* (Número de identificación del paciente), *Nombre, Apellidos* y *Fecha de nacimiento*. El resto de campos son opcionales.

Haga clic en *OK* para validar el nuevo paciente, o en *Cancelar* para anular los datos introducidos y volver a la pantalla anterior.

#### 3.4.2.2 Modificar un paciente ya existente

Seleccione previamente el paciente a modificar y haga clic en el botón Modificar.

Realice los cambios deseados y haga clic en *OK* para validar los nuevos datos. Se mostrará un panel solicitando la confirmación final de los cambios. Si confirma, los cambios quedarán registrados. En caso contrario, regresará a la pantalla de modificación de datos. Haga clic en *Cancelar* para anular los cambios introducidos.

					Dr.	John Smith	- Visiometrics	Eye Car 2.4.0.0 (2017/06. 23/06/2017 13:27	re (22) (344
ок								(*) Requir	red fields
Cancel	(*)Family Name:	Demo					(*)Patient's Id:	123456	6
	(*)First Name:	Patient					(*)Date of birth:	15/06/	1958 🗜
	Gender (M/F): Address: City: Ph. number: Comments:			Zip code: E-mail:	Country				
	Total number of	acquisitions:	27					Filte	er by
	Date/Time	Туре	Eye	Information			<u>^</u>		
	21/06/2017 19:50	Tear Film	OD	Mean ± Std Dev = 0.71 ± 0.07	Max - Min - Dif = 0.87 - 0.58 - 0.29 Sou	nds pattern = Baseline	Group = 1.Plateau	Aca	date:
	21/06/2017 19:26	Tear Film		Mean ± Std Dev = 0.75 ± 0.05	Max - Min - Dif = 1.65 - 1.02 - 0.64 Sou	nds pattern = Baseline	Group = 3 Seesaw	All	_
	21/06/2017 19:23	Tear Film		Mean ± Std Dev = 1.48 ± 0.43	Max - Min - Dif = 3.61 - 1.08 - 2.53 Sou	nds pattern = Baseline	Group = 3.Seesaw	All	Ľ
	19/06/2017 15:28	Depth of Focus		OQAS Accommodative Range	(D) = 0.50			Acq.	type:
	19/06/2017 15:26	Depth of Focus	OD	OQAS Accommodative Range	(D) = 0.75				
	19/06/2017 15:24	Depth of Focus		OQAS Accommodative Range	(D) = 0.75				
	19/06/2017 15:23	Tear Film		$Mean \pm Std Dev = 0.96 \pm 0.12$		nds pattern = Baseline	Group = 4.S/L		
				OSI = 0.8 MTF = 46.190 Stre	hl ratio = 0.237 Width 50 - 10 = 2.92 - 9	50 VA 100 - 20 - 9 = 1	5 - 1.1 - 0.6		
		Depth of Focus		OQAS Accommodative Range					
				OSI = 2.9 MTF = 2.927 Streh	l ratio = 0.046 VVidth 50 - 10 = 42.00 - 0	.00 VA 100 - 20 - 9 = 0	.1 - 0.1 - 0.1		
				MTF = 52.275 Strehl ratio = 0	506 Width 50 - 10 = 2.40 - 4.78 VA 100		2	E.	
	16/06/2017 14:05	Depth of Focus		OQAS Accommodative Range					ye.
	16/06/2017 14:02			USI = 1.3 MIF = 22.221 Stre	hi ratio = 0.174 Width 50 - 10 = 6.02 - 1	5.53 VA 100 - 20 - 9 = 1	J.7 - U.6 - U.4		
	16/06/2017 14:02 16/06/2017 14:00	Tear Film Depth of Focus		Mean ± Std Dev = 1.36 ± 0.47 OQAS Accommodative Range	Max - Min - Dif = 2.97 - 0.96 - 2.01 Sou (D) = 0.00	nds pattern = Baseline	Group = 3.Seesaw		

Figura 10. Modificación de datos

#### 3.4.2.3 Eliminar un paciente

Seleccione el paciente que quiere eliminar y haga clic en el botón Eliminar.

Se le exigirá confirmación antes de proceder a la eliminación del paciente.

						D	r. John Smith	- Visiometrics	Eye Care
New	PATIENT:				tient's id or da				(*) Required fields
	(*)Family Name:	Demo						(*)Patient's Id:	123456
New Measure									
Modify	(*)First Name:	Patient						(*)Date of birth:	15/06/1958
Delete	Gender (M/F): Address: City: Ph. number: Comments:	HD A	Analyzer						
Print	Total number of	acquisitic Type	Do	you want to	delete the pa	atient?			Filter by
Compare	21/06/2017 19:50 21/06/2017 19:49	Tear Fili Tear Fili					ittem = Baseline ittem = Baseline	Group = 1.Plateau Group = 2.P/S	Acq. date:
Delete acq.	21/06/2017 19:26 21/06/2017 19:23 19/06/2017 15:28 19/06/2017 15:26	Tear Fili Tear Fili Depth of Fi Depth of Fi					attern = Baseline attern = Baseline	Group = 3.Seesaw Group = 3.Seesaw	All
	19/06/2017 15:24	Depth of Feede			(0) 0.10				Tear Film
	19/06/2017 15:23	Tear Film	OD Mean ± St	td Dev = 0.96 ± 0.12	Max - Min - Dif = 1.	.26 - 0.79 - 0.47	Sounds pattern = Baseline	Group = 4.S/L	Dopth of Focur
	19/06/2017 15:22	OSI	OD OSI = 0.8	MTF = 46.190 Stre	hl ratio = 0.237 Wid	dth 50 - 10 = 2.92	- 9.50 VA 100 - 20 - 9 = 1	.5 - 1.1 - 0.6	Deptition Pocus
	19/06/2017 12:57	Depth of Focus	OD OQAS Ac	commodative Range	(D) = 3.00				Light Condition
	19/06/2017 12:53	OSI	OD OSI = 2.9	MTF = 2.927 Stref	I ratio = 0.046 Widt	th 50 - 10 = 42.00	- 0.00 VA 100 - 20 - 9 = 0	1.1 - 0.1 - 0.1	Purkinje
	16/06/2017 14:06	Light Condition	OS MTF = 52	.275 Strehl ratio = 0	.506 Width 50 - 10 -	= 2.4U - 4.78 VA	.100 - 20 - 9 = 1.7 - 1.6 - 1	2	Eve
	16/06/2017 14:05	Depth of Focus	US UUAS Ac	commodative Range	(D) > 3.00		45 50 144 400 00 0		Lyc.
Setup	16/06/2017 14:02	USI Tana Eiler	05 051=1.3	MIF = 22.221 Stre	Maria Mia Dife 2	ath 50 - 10 = 6.02	- 15.55 VA 100 - 20 - 9 =	0.7 - 0.8 - 0.4	OD OS
Exit	16/06/2017 14:02	Depth of Focus	OS Niean ± Si OS OQAS Ac	commodative Range	(D) = 0.00	.97 - 0.96 - 2.01	Sounds pattern = Baseline	- Steesaw	

Figura 11. Confirmación de eliminación de paciente



## 3.4.3 Trabajar con medidas

## 3.4.3.1 Cargar una medida concreta

Una vez seleccionado el paciente, aparecerán sus medidas salvadas previamente, y podrá recuperarlas para su análisis, impresión, comparación, etc. Por defecto se muestra la lista completa, pero puede aplicar diferentes tipos de filtros utilizando los botones a la derecha de la lista. También puede ordenar la lista por cualquiera de las columnas existentes, haciendo clic sobre el título de dicha columna. Para cada adquisición se muestra la siguiente información:

- Fecha/Hora: Fecha/Hora de la adquisición
- *Tipo*: Tipo de la adquisición.
- Ojo: OS para el ojo izquierdo, OD para el ojo derecho.

• Información: Contiene un resumen de los indicadores numéricos más relevantes de la medición. En el caso de que la medición tenga notas asociadas, éstas se muestran tras esos valores.

Para cargar una medida y ver en detalle sus resultados, simplemente haga dobleclic sobre ella, o selecciónela y presione Intro.

## 3.4.3.2 Imprimir distintas medidas

Esta opción permite imprimir un conjunto de medidas a la vez, evitando la necesidad de cargar las distintas medidas una tras otra manualmente.

Simplemente, seleccione, mediante el ratón y la tecla Control, el conjunto de mediciones deseadas, aquellas que quiere imprimir. Una vez seleccionadas, presione el botón *Imprimir*.

> Printing <-	 State	Date/Time	Туре	Eve	
	Done Done > Printing ( Walting Walting Walting Walting Walting Walting	16/06/2017 14:06:00 16/06/2017 14:05:00 16/06/2017 14:02:00 16/06/2017 13:58:00 16/06/2017 13:58:00 16/06/2017 13:55:00 16/06/2017 13:53:00 16/06/2017 13:43:00 16/06/2017 13:41:00	Light Condition Depth Of Focus OSI Tear Film Tear Film Tear Film Tair Film OSI Tear Film	05 05 05 05 05 08 08 05 05 05 05	
			Cancel		

Figura 12. Proceso de impresión

El programa utilizará la impresora por defecto configurada en el ordenador.

#### 3.4.3.3 Comparar distintas medidas

Esta opción permite cargar dos medidas del mismo tipo y comparar sus resultados. Para ello, haga clic sobre *Comparar*. El programa le pedirá que seleccione la primera medida a comparar. Selecciónela y haga clic en *Aceptar*. A continuación, seleccione la segunda medida. Puede ser del mismo paciente o de otro, pero siempre ha de ser del mismo tipo. Haga clic de nuevo en *Aceptar*.

Es importante, en este punto, recalcar que no es posible cargar y comparar mediciones Purkinje.

Véase el apartado 03.5.4.4 Pantallas de comparación de resultados" para más información sobre las pantallas de comparación.

## 3.4.3.4 Eliminar medidas

Si únicamente necesita borrar una adquisición incluida en el historial del paciente, haga clic en *Eliminar adq.* teniendo seleccionada la adquisición que desea eliminar. Se le exigirá confirmación antes de proceder a su eliminación.

## 3.5 MEDICIONES

Para acceder a la pantalla de mediciones, debe, primeramente, acceder a la pantalla de base de datos. Después, seleccionar el paciente sobre el que desea tomar medidas, y finalmente, hacer clic sobre el botón *Medir*.

A continuación, se le requerirá que introduzca los valores de refracción subjetiva del paciente.

Esta información es necesaria para que el instrumento busque la mejor corrección de refracción esférica en torno a un rango determinado, obteniendo así resultados más fiables, exactos y en un menor tiempo. Los campos *Esf* (esfera), *Cil* (cilindro) y *Eje* (eje) son obligatorios, para ambos ojos.

Si el paciente nunca ha sido estudiado, la ventana de introducción de la refracción subjetiva aparecerá completamente vacía.

Enter patie	ent's subjective refra	action and, if	needed, select c	correction method:	?	
OD			OS			
Sph.	Cyl.	Axis	Sph.	Cyl.	Axis	
Warnings						
	ок			Cancel		

Figura 13. Introducción de la refracción, aún sin datos

En el caso de que el paciente ya haya sido estudiado alguna vez, el programa rellenará los campos de esfera, cilindro y eje con los últimos valores aceptados para ese paciente.



Figura 14. Introducción de la refracción, con datos ya introducidos

El instrumento es capaz de corregir automáticamente refracciones equivalentes (refracción esférica + refracción cilíndrica/2) dentro del rango que va de +5D a -8D, siempre y cuando el astigmatismo sea menor o igual 0.5D. En cualquier otro caso, el instrumento requerirá una ayuda externa, que podrá ser:

- Lentes de corrección cilíndrica, ubicadas en el cabezal de la unidad.
- Gafas del paciente, o gafas de prueba.
- Lentes de contacto.

El propio programa, en función de los datos introducidos, mostrará cómo podría ser corregido cada uno de los ojos del paciente, ocultará aquellos modos de corrección no aplicables, y remarcará el más aconsejable.

En función de los modos de corrección seleccionados, es posible que el programa muestre unas advertencias para que las tenga en cuenta durante las mediciones.

También puede introducir la agudeza visual para mejor corrección (*MAVC*) y sin corrección (*AVSC*), como información adicional que se incluirá en los informes de impresión de resultados, mediante el botón "…", ubicado bajo el recuadro de las advertencias.

⊢Visual Acu	iity			Vie	sual Acuity
BCVA	UCVA			BCVA	UCVA
	ОК		С	ancel	

Figura 15. Refracción subjetiva (ampliada)

Una vez introducidos todos los valores, haga clic en *Aceptar* para acceder a la pantalla principal de medida.

## 3.5.1 Cómo realizar una adquisición

La pantalla se divide básicamente	en seis partes	diferenciadas (	véase Figura 16):
-----------------------------------	----------------	-----------------	-------------------

		Dr. John Smith - Visiometrics Eye Care
<sup>B</sup> Database	DEMO, PATIENT E 123456	D
New Measure		
Print	Sph.: 5.250 Examination conditions:	and the second
Save	Cyl.: 0.25 Glasses or trial frames Axis: 12 Type:	
	Change subjective refraction Total correction	
	Measured pupil diameter (mm): 0.0	
<sup>C</sup> Best Focus	Artificial pupil diameter (mm): 4.0 < >	
osi		
	Notes:	
Tear Film		FREE GALLY
Advanced diagnostics		
Setup	F	
Exit	F	

Figura 16. Pantalla principal de medida

- A. Información general: En la parte superior de la pantalla aparece el nombre del doctor responsable y del centro, información modificable a través de la pantalla de *Configuración*. También muestra el número de serie de la unidad y la versión del programa que se está ejecutando.
- B. Funciones principales: Mediante estos botones, se permite realizar diversas operaciones de uso común relacionadas con el tratamiento de los datos, como acceder a la base de datos (véase apartado 3.4), salvar o imprimir los resultados.
- C. Tipos de medida: Aunque inicialmente los botones de algunos tipos de medida están deshabilitados, una vez completada la secuencia *Best Focus*, se habilitan el resto de botones. En los siguientes apartados se explican todos los tipos de medida disponibles.
- **D. Imagen en vivo:** En esta ventana se muestra el ojo del paciente en vivo, de manera que el usuario puede centrar y enfocar la imagen de la pupila.
- E. Datos de entrada: En esta sección, además de aparecer los datos del paciente seleccionado, también se pueden introducir o corregir varios valores que son tenidos en cuenta en la medida (se explica en detalle más adelante en este apartado).
- **F.** En este apartado se pueden visualizar dos tipos diferentes de información:
  - Visualización de Best Focus: Visualización del estado y resultados del proceso de búsqueda de la mejor corrección de refracción esférica.
  - Resultados de la adquisición: Una vez realizada la medida, podemos observar todos los resultados numéricos obtenidos para las medidas de OSI, Light Condition, Depth of Focus, Tear Film y Purkinje, así como los parámetros introducidos por el usuario (véase apartado 3.5.3.3).

Los datos del paciente seleccionado también aparecen en la pantalla principal, junto con el ojo a medir, que es detectado automáticamente por el instrumento. Se muestran en sus respectivos campos la refracción esférica (*Esf.*), la refracción cilíndrica (*Cil.*) y el eje (*Eje*) del ojo, así como las condiciones en las que se toma la medición. Por favor, compruebe que dichos valores son correctos. Si no lo son, puede modificarlos haciendo clic sobre *Cambiar refracción subjetiva*, como se puede observar en rojo en la siguiente figura.

		Dr. John Smith - Visiometrics Eye Care
Database	DEMO, PATIENT 123456	
New Measure		and a start start
Print	Sph.: 5.250 Examination conditions: Cyl.: 0.25 Glasses or trial frames	And the second s
0010	Axis : 12 Type: Change subjective refraction Total correction	
	Measured pupil diameter (mm): 0.0	
Best Focus	Artificial pupil diameter (mm):     4,0 < >       Best focus position (D):     0.000	
OSI	Notes:	
Tear Film		The second se
Hide advanced		
Depth Of Focus		
Light Condition		
Purkinje		
Setup		
Exit		

Figura 17. Datos correspondientes al ojo y refracción del paciente

Es importante que los valores de refracción subjetiva introducidos sean correctos, ya que al realizar la secuencia *Best Focus*, el sistema busca la mejor corrección de refracción esférica del paciente, en un entorno de ±3D del equivalente esférico de la refracción subjetiva introducida por el usuario. Si los valores introducidos no son correctos, el instrumento puede hallar una corrección esférica errónea, con lo cual el resto de resultados pueden ser igualmente incorrectos.



La refracción subjetiva del paciente es necesaria para realizar la secuencia Best Focus. Si la refracción del paciente está ±3D sobre los valores indicados, dicha secuencia puede proporcionar un resultado erróneo.

## 3.5.2 Best Focus

Vea las indicaciones relativas al paciente en el apartado 3.2.

Haga clic en *Best Focus* para comenzar la secuencia de determinación de la corrección óptima de refracción esférica.

Dicho proceso es necesario para evitar que la presencia de desenfoque en las imágenes de doble paso enmascare otros efectos subyacentes. Por lo tanto, debe determinar la corrección esférica óptima antes de realizar cualquier otro tipo de medida. Para ello, HD Analyzer™, utilizando siempre la pupila artificial de 5 mm, busca la mejor imagen del punto proyectado sobre la retina, realizando un barrido para diferentes correcciones de refracción esférica, a fin de corregir el desenfoque.

Puede ver en pantalla, en todo momento, las imágenes de doble paso que el programa registra. Una vez finalizada la secuencia, el programa selecciona automáticamente la imagen de doble paso que considera mejor enfocada y muestra la refracción correspondiente en el campo *Posición de mejor enfoque*.

La refracción asociada a la *Posición de mejor enfoque* será aplicada, por defecto, en las siguientes mediciones. Si desea aplicar una refracción distinta, haga clic sobre la imagen correspondiente. Al hacerlo, la imagen seleccionada quedará enmarcada de amarillo y aparecerá el campo *Posición de enfoque seleccionada* con el valor correspondiente. Puede, también, seguir seleccionando otras refracciones distintas mediante el control asociado a ese campo.



Tenga en cuenta que la modificación del parámetro Posición de enfoque seleccionada puede provocar la obtención de una medida incorrecta o no esperada. Modifique el valor de este parámetro sólo en los casos en los que esté totalmente seguro de ello.

				Dr.	John Smith -	Visiometrie s	CS Eye Care N1 - 2.4.0.0 (2017/06/14) 19/06/2017 15:22:10
Database	DEMO, PATIENT 123456				2.0		
New Measure Print Save	Sph.:         -3.125           Cyl.:         0.50           Axis:         15	Examination conditions Glasses or trial frames Type:					and a
Best Focus OSI Tear Film	Change subjective refraction Measured pupil diameter (mm) Artificial pupil diameter (mm): Best focus position (D): Notes:	Total correction	3.7 4.0 < > 0.250				
Hide advanced Depth Of Focus Light Condition		÷					
Purkinje Setup	1.000 0.750 51 100	0.500 0.2 161 11	<b>50 0.000</b> 12 151	-0.250 99	-0.500 61	- <b>0.750</b> 72	-1.000 42
Exit							

Figura 18. Secuencia de Best Focus

En este momento, HD Analyzer™ está listo para empezar la secuencia de cualquier medida, por lo que se habilitan los botones correspondientes. Además, llegados a este punto, es posible que, en función de las opciones de configuración, el programa inicie automáticamente la secuencia de medida *OSI*.

# 3.5.3 Tipos de medida

#### 3.5.3.1 OSI y Light Condition

Vea las indicaciones relativas al paciente en el apartado 3.2.

En el caso de *OSI* (índice de scattering o luz difusa), por definición del parámetro OSI, la medida se realizará utilizando una pupila artificial de 4 mm, independientemente del valor que se introduzca. Por lo tanto, no es necesario introducir dicho diámetro.

En el caso de *Light Condition* (evaluación de la calidad óptica en visión lejana), puede establecer el diámetro de pupila artificial que quiera utilizar en la medida. Seleccione el valor deseado en el campo *Diámetro de pupila artificial*.

En cualquiera de los 2 casos, si durante la captura de las imágenes de doble paso el programa detecta que la pupila del paciente es inferior a la pupila artificial utilizada, al finalizar la secuencia mostrará una advertencia haciéndolo notar.

Haga clic en cualquiera de los 2 botones para comenzar la secuencia correspondiente. Dichas secuencias consisten básicamente en la captura de seis imágenes de doble paso en las condiciones seleccionadas, típicamente de mejor corrección esférica (visión lejana), y su posterior procesado.

Tras la captura de las 6 imágenes de doble paso, y en función de las opciones de configuración, el programa saltará a la pantalla correspondiente, que puede ser:

- La pantalla donde puede validar una por una las 6 imágenes de doble paso capturadas, antes de procesarlas.
- La pantalla de resultados seleccionada en las opciones de usuario de la pantalla de configuración. En este segundo caso, posiblemente también se muestre, si así se configuró, las 6 imágenes de doble paso capturadas.

En cualquiera de los casos, las imágenes de doble paso se recuadran en verde cuando el programa considera que son correctas, y le brinda la posibilidad, si lo desea, de eliminar del cálculo final las que considere no válidas, seleccionándolas con el cursor del ratón. Las imágenes no deseadas aparecerán marcadas con un recuadro de color rojo. Las imágenes se procesan y analizan haciendo clic en *Resultados*, mostrándose los resultados con diferentes opciones de visualización (véase apartado "3.5.4.1 OSI y Light Condition").

				Dr. John Smith - Visiometrics Eye Care
Database	DEMO, PATIENT			
New Measure				
Save		<u> </u>	<b>`</b>	
Best Focus				
OSI Tear Film	Return		Results	
Hide advanced Depth Of Focus	Sph. : -3.125 Cyl. : 0.50	Examination condition Glasses or trial frames	s: s	
Light Condition	Axis: 15	Type: Total correction		
Purkinje	Measured pupil diameter (mm) Artificial pupil diameter (mm): Best focus position (D):		3.7 4.0 < > 0.250	
Setup Exit	Notes:			Potential Visual Acuity: 0.0 20/0

Figura 19. Medida de Difusión

# 3.5.3.2 Tear Film

Vea las indicaciones relativas al paciente en el apartado 3.2.

En el caso de *Tear Film*, no es necesario que establezca el diámetro de pupila artificial a utilizar en la secuencia. Con tal de garantizar que cualquier degradación de la lágrima es detectada, incluyendo la periferia de la pupila del paciente, este proceso se lleva a cabo utilizando el máximo tamaño de pupila artificial posible (7 mm), independientemente del valor que introduzca.

La secuencia de *Tear Film* puede estar guiada, o no, por un patrón de sonidos. Los resultados obtenidos mostrarán distinta información en función de si ha estado guiada, o no, por un patrón de sonidos. Para configurar el modo por defecto en que se realizarán las secuencias de película lacrimal, acceda a la pantalla *Configuración* (ver capítulo 3.6.2).

Para comenzar la secuencia siguiendo el patrón por defecto, haga clic en *Tear Film*. Si desea realizar puntualmente una secuencia utilizando un patrón diferente, puede hacerlo haciendo clic en el mismo botón mientras mantiene presionada la tecla Control. Además, hacerlo de este modo le permitirá cambiar, rápidamente, el patrón por defecto utilizado sin necesidad de acceder a la pantalla de *Configuración*. En cualquier caso, dicho proceso consiste en el registro de imágenes de doble paso cada 0.5 segundos, hasta completar una captura de 20 segundos. De esta forma, el programa registra 40 imágenes de doble paso, que reflejan la evolución de la calidad óptica durante esos 20 segundos. En todo momento se muestran las imágenes que se van registrando.

Intente mantener, en todo momento, el ojo del paciente centrado en el eje de coordenadas del visor, para así garantizar que cualquier variación entre imágenes de doble paso se debe exclusivamente a un cambio en la película lacrimal.

La Figura 20 muestra cómo se van registrando las imágenes el proceso de *Tear Film*.



Figura 20. Medida de Película lacrimal

#### 3.5.3.3 Depth of Focus

Vea las indicaciones relativas al paciente en el apartado 3.2.

En el caso de *Depth of Focus*, es necesario establecer el diámetro de pupila artificial que se utilizará en la medida. Seleccione el valor deseado en el campo *Diámetro pupila artificial.* 

Haga clic en *Depth of Focus* para comenzar la secuencia del rango pseudoacomodativo. Dicho proceso se basa en la realización de un barrido de 4 dioptrías [+1D, -3D] entorno al valor seleccionado, típicamente el de mejor corrección esférica.

El sistema realiza incrementos de 0.5 D, tomando imágenes de doble paso en cada posición hasta llegar a la posición final. Las imágenes registradas se muestran en todo momento en pantalla.



Figura 21. Medida de Depth of Focus



Solicite al paciente que intente enfocar el estímulo durante toda la secuencia Depth of Focus. De otra manera, el resultado puede ser incorrecto.

Tenga en cuenta que, por momentos, el paciente no será capaz de ver nítido el estímulo por mucho que intente acomodar. Esto ocurrirá cuando se estén tomando mediciones en refracciones mayores a la mejor corrección del paciente.

# 3.5.4 Monitorización de resultados

Las pantallas de resultados de los diferentes tipos de medida presentan una zona común (abajo a la izquierda) en la que se incluyen los parámetros que han sido utilizados en la medida. Dichos parámetros son:

OD/OS: Ojo medido (Derecho / Izquierdo).

*Esf., Cil. y Eje:* Valores de refracción subjetiva introducidos por el usuario antes de realizar la medida.

*Condiciones de examinación:* Método utilizado para corregir el ojo medido.

*Diámetro de la pupila artificial:* Diámetro de pupila artificial utilizado en la medida, introducido por el usuario.

*Diámetro medido de la pupila:* Diámetro de pupila del paciente medido por el instrumento. Un valor de 0.0 indica que dicho diámetro no pudo ser medido.

*Posición de mejor enfoque:* Mejor corrección esférica encontrada mediante la secuencia de *Best Focus*.

*Posición de enfoque seleccionada:* Corrección esférica utilizada durante la medida. Solo visible si es distinta a la posición de mejor enfoque.

*Notas de la adquisición:* Notas relacionadas con la adquisición realizada e introducidas por el usuario durante la misma. Estas notas pueden ser modificadas por el usuario durante cualquier visualización posterior.

Los resultados numéricos y diferentes visualizaciones disponibles dependerán del tipo de medida concreto que se esté consultando. A continuación, se explican los diferentes elementos presentes en cada uno de los tipos de medida.

## 3.5.4.1 OSI y Light Condition

Los resultados de estas 2 mediciones se muestran en la Figura 22 y la Figura 23 respectivamente.



Figura 22. Resultados de OSI



Figura 23. Resultados de Light Condition

Los resultados proporcionados por el programa en ambos tipos de medidas son básicamente los mismos, a excepción del parámetro OSI (*Índice de Scatter Objetivo*) que se proporciona en el caso de *OSI* (véase apartado 1.1.2).

La pantalla de resultados se divide en tres áreas claramente diferenciadas en la Figura 24:



Figura 24. Áreas de la pantalla de resultados

- A. Área de botones: Está formada por los botones mediante los cuales se accede a las diferentes opciones de visualización de los resultados obtenidos mediante la medida.
- B. Área de visualización de imágenes: En función de la selección realizada mediante los botones de la sección C, en este espacio aparecerán unas u otras imágenes. Véase más adelante en este apartado.
- C. Datos de entrada/salida: En esta sección encontrará los parámetros utilizados en la medida y los resultados numéricos más destacados. Los resultados más representativos de la medida son:

**OSI:** Sólo en el caso de OSI. Es el Índice de Scatter Objetivo, que cuantifica el grado de difusión intraocular del ojo. Para mayor claridad, se representa asimismo el valor de OSI obtenido en una escala de colores. Esto muestra de una manera gráfica si dicho valor se corresponde con un grado bajo, medio o alto de difusión. Valores en el rango verde de la escala representan ojos con poca difusión. Valores en el rango amarillo de la escala representan ojos donde la difusión comienza a ser importante (inicios de una catarata, inicio de opacificación de una lente, etc). Valores en el rango rojo de la escala representan ojos con un grado de difusión de una lente, etc). Valores en el rango rojo de la escala representan ojos con un grado de difusión importante (catarata madura, etc). El valor OSI se colorea en función de la escala de color visible bajo el propio valor.

**Agudeza Visual Potencial:** Es el valor de agudeza visual que se estima a partir de la calidad óptica que presenta el ojo (*MTF*). Se puede entender como la agudeza visual monocular que presentaría el paciente si ésta solamente dependiese de factores ópticos, sin tener en cuenta la retina ni el procesado neuronal posterior. El resultado se muestra en escala decimal y en escala de Snellen. El valor de agudeza visual se colorea en función de una escala de color que aparece al hacer clic sobre el propio valor.



Figura 25. Datos de Entrada / Salida

A continuación, se explica lo que puede encontrar en cada una de las opciones de visualización.

## Visualización Simulación AV

Haga clic en el botón *AV* del área de botones de resultados para mostrar la pantalla de *Simulación AV*. Es la opción que se muestra por defecto una vez procesados los resultados.

El objetivo de esta pantalla (Figura 26) es mostrar cómo sería la imagen de una escena cotidiana que se formase en la retina del paciente. Concretamente, se muestra la imagen correspondiente a un bebé situado a 1 metro de distancia del observador.

A la izquierda se muestra la escena original, mientras que a la derecha se simula la imagen que se formaría en la retina. Dicha simulación se lleva a cabo por medio de la convolución de la PSF obtenida en la medida con la imagen original de la escena. Es, por lo tanto, una muestra de cómo afectan las aberraciones y la difusión del sistema óptico del paciente en la formación de la imagen sobre la retina. El paciente no tiene porqué ver tal como muestra la pantalla, ya que sólo se tiene en cuenta la calidad óptica del ojo, no el posterior tratamiento neuronal realizado a la imagen retiniana.



Figura 26. Visualización Simulación AV

Para un ojo sano y sin problemas, ambas imágenes (original y retiniana) serán muy parecidas. Para ojos aberrados, se apreciará un emborronamiento de la imagen, siendo más difícil distinguir los detalles de la misma. Para ojos con alta difusión intraocular, se apreciará una clara pérdida de contraste global en la imagen.

Cabe destacar que otros efectos como la aparición de halos o de deslumbramiento no son simulados en esta imagen, por lo que su presencia no debe ser esperada.

Puede exportar las imágenes haciendo doble-clic con el botón izquierdo del ratón y especificando el directorio deseado. Puede salvarlas tanto en formato *jpg* como *bmp*.

### Visualización 2D

Haga clic en el botón 2D del área de botones de resultados para mostrar la pantalla de 2D.

La Figura 27 muestra las dos representaciones de la imagen retiniana. La parte izquierda de la pantalla muestra la imagen retiniana en 2D y la parte derecha ofrece el zoom. El *zoom* permite acercar y alejar la imagen pulsando los botones *Más* o *Menos* (el factor de aumento máximo es 16 y el mínimo 2). Se representan los diferentes niveles de energía en una escala de colores.

Pulsando y arrastrando el ratón en la imagen de la izquierda, puede seleccionar el área de la imagen que se mostrará en la parte derecha, donde puede aplicar el *zoom* deseado. La escala de las imágenes se muestra en todo momento en la parte inferior, en minutos de arco.



Figura 27. Visualización 2D

Puede medir la distancia sobre la imagen retiniana pulsando el botón derecho del ratón y arrastrándolo, tanto sobre la imagen izquierda como derecha. La distancia medida aparece sobre el cursor del ratón.

Puede exportar las imágenes haciendo doble-clic con el botón izquierdo del ratón y especificando el directorio deseado. Puede salvarlas tanto en formato *jpg* como *bmp*.

## Visualización 3D

Haga clic en el botón 3D del área de botones de resultados para mostrar la pantalla de 3D.



Figura 28. Visualización 3D

En la parte derecha de la pantalla se muestra la representación tridimensional de la imagen retiniana (Figura 28). El *zoom* permite acercar y alejar la imagen pulsando los botones *Más* o *Menos*.

Puede rotar la imagen 3D con sólo arrastrar el ratón sobre ella.

Puede exportar las imágenes haciendo doble-clic con el botón izquierdo del ratón y especificando el directorio deseado. Puede salvarlas tanto en formato *jpg* como *bmp*.

## Visualización Perfil

Haga clic en el botón *Perfil* del área de botones de resultados para mostrar la pantalla de *Perfil*.



Figura 29. Visualización Perfil

La parte derecha de la pantalla muestra el perfil de la distribución de intensidades en la imagen retiniana. Seleccionando un área específica de la gráfica con el cursor del ratón, puede realizar un zoom de esa sección. Se aumenta el zoom empezando a seleccionar desde arriba a la izquierda, y se disminuye empezando a seleccionar desde abajo a la derecha.

El perfil radial muestra el perfil medio. Escoja la visualización A*ngular* para ver el perfil a un ángulo determinado. Desplace el cursor en la barra que se abre bajo la imagen para poder modificar el ángulo.

Se muestran asimismo los valores de la anchura del perfil al 50% y 10% de su máximo, respectivamente. Mediante estos valores, puede hacerse una idea de la forma del perfil de la imagen.

Para exportar la gráfica de representación del perfil, haga doble-clic con el botón izquierdo del ratón sobre la gráfica y especifique el directorio deseado. Puede exportarla como una imagen (formatos *bmp* o *jpg*), o directamente salvar los datos de la gráfica en un archivo de texto (*txt*).

# Visualización MTF

Haga clic en el botón *MTF* del área de botones de resultados para mostrar la pantalla de *MTF*.

La MTF caracteriza totalmente la respuesta de un sistema óptico. Los valores de la MTF dan el cociente entre el contraste en imagen y el contraste en el objeto para cada frecuencia espacial (véase apartado 1.1.3). A partir de esta función de transferencia de modulación se estima la agudeza visual impuesta por la óptica del ojo, para diferentes contrastes (*AV Prevista 100%, 20%* y *9%*). En este aspecto se debe resaltar que esta información, si bien tiene un significado similar al obtenido en estudios subjetivos, como la lectura de la carta de Snellen, viene determinada exclusivamente por las limitaciones impuestas en la medida por restricciones ópticas, mientras que en los casos subjetivos intervienen en gran medida aspectos de procesamiento neuronal. Se muestra esta agudeza visual estimada en escala tanto decimal como de Snellen.

También se muestra el valor de la frecuencia de corte (Corte de la *MTF*). Cuanto más alto sea el valor de la frecuencia de corte, mejor será la imagen retiniana (véase apartado 1.1.3). El valor de la frecuencia se colorea en función de una escala de color que aparece al hacer clic sobre el propio valor.

Otro parámetro proporcionado por el sistema es la razón de Strehl (*Razón Strehl*). La razón de Strehl es una medida cuantitativa de la calidad del ojo del paciente y puede calcularse como el cociente de la MTF del ojo y la MTF de un sistema limitado por difracción. Por lo tanto será un valor entre 0 y 1 y cuanto mayor sea significará mayor calidad óptica. Para tener una referencia, para un ojo joven normal con un diámetro pupilar de 4 mm el valor del índice de Strehl es del orden de 0.3.



Figura 30. Visualización MTF

Existen dos métodos de representación de la gráfica de MTF:

- La representación lineal (*Lineal*), seleccionada por defecto cuando se muestra la gráfica de MTF por primera vez, en el que los valores de MTF se muestran en escala lineal.
- La representación logarítmica (*Log*), en el que los valores de MTF se muestran en escala logarítmica, lo que permite apreciar más claramente la frecuencia de corte (Corte de la *MTF*).

Dicha gráfica se muestra en la parte derecha de la pantalla. Seleccionando un área específica de la gráfica con el cursor del ratón, puede realizar un zoom de esa sección. Se aumenta el zoom empezando a seleccionar desde arriba a la izquierda, y se disminuye empezando a seleccionar desde abajo a la derecha.

Para exportar la gráfica de representación de la MTF, haga doble-clic con el botón izquierdo del ratón sobre la gráfica y especifique el directorio deseado. Puede exportarla tanto como una imagen (formatos *bmp* o *jpg*), o directamente salvar los datos de la gráfica en un archivo de texto (*txt*).

### 3.5.4.2 Tear Film

En función de si la secuencia ha seguido algún patrón de sonidos o no, la información mostrada en la pantalla de resultados será una u otra.

### 3.5.4.2.1 Pantalla de resultados sin patrón de sonidos



Su aspecto es el mostrado en la figura siguiente:

Figura 31. Pantalla de resultados de Tear Film sin patrón de sonidos

Se muestran las 40 imágenes de doble paso registradas durante la secuencia (véase apartado "3.5.3.2 Tear Film"). En la parte superior de cada una de ellas se pueden encontrar dos valores numéricos. El de la izquierda representa el momento en que la imagen fue registrada. El de la derecha representa el valor de OSI calculado para dicha imagen.

También se muestra, en la parte inferior derecha de la pantalla, una gráfica que representa la evolución del OSI con el tiempo. Un incremento en el valor de OSI supone una degradación de la imagen de doble paso que podría ser causada por la ruptura de la película lacrimal. Seleccionando un área específica de la gráfica con el cursor del ratón, puede realizar un zoom de esa sección. Aumente el zoom

empezando a seleccionar desde arriba a la izquierda, y disminúyalo empezando a seleccionar desde abajo a la derecha.

En la parte superior de esta gráfica, se muestra la media del OSI, junto con su desviación estándar, su máximo, su mínimo y la diferencia entre estos dos últimos.

Si el programa detecta algún parpadeo durante la medida, marca la imagen correspondiente como "*Blink*" y elimina el punto asociado de la gráfica. Si desea cambiar la catalogación de alguna de las imágenes, selecciónela haciendo clic sobre ella para indicar al programa cómo debe catalogarla. Al hacerlo, tendrá la posibilidad de seleccionar otras imágenes antes de indicar al programa que recalcule los resultados teniendo en cuenta las correcciones aportadas.



Figura 32. Modificación de la catalogación de las imágenes

Puede exportar las imágenes haciendo doble-clic con el botón izquierdo del ratón y especificando el directorio deseado. Puede salvarlas tanto en formato *jpg* como *bmp*.

Para exportar la gráfica, haga doble-clic con el botón izquierdo del ratón sobre la misma y especifique el directorio deseado. Puede exportarla como una imagen (formatos *bmp* o *jpg*), o directamente salvar sus datos en un archivo de texto (*txt*).

Dichos datos se exportarán en diversas columnas, siendo las más representativas las tres primeras: tiempo, valor de OSI y si ha habido un parpadeo o no. Tenga en cuenta que, aunque un punto haya sido eliminado de la gráfica porque haya habido un parpadeo, el valor correspondiente de OSI no será eliminado de los datos exportados.

#### 3.5.4.2.2 Pantalla de resultados con patrón de sonidos

Database

Pitri

Swe

Pitri

Swe

OSI

Tear Film

Advanced diagnostics

Esta pantalla está dividida en 3 áreas distintas, como muestra la figura siguiente:

Figura 33. Pantalla de resultados de Película lacrimal con patrón de sonidos

### A. Histórico del paciente

Cada vez que se realiza una medición guiada por un patrón de sonidos, esta se clasifica en alguno de los siguientes 5 grupos, convenientemente delimitados e identificados mediante un número y un color asociado:

- o 1 --- Plateau --- Verde intenso
- o 2 --- Plateau/Seesaw --- Verde oliva
- o 3 --- Seesaw --- Amarillo
- o 4 --- Seesaw/Ladder --- Naranja
- o 5 --- Ladder --- Rojo

Aquellas mediciones cuyas características no permiten una certera clasificación se asocian a un sexto grupo, identificado con cero y de color negro.

El objetivo de esta gráfica es mostrar la evolución de un ojo concreto a lo largo del tiempo. Puede desplazarse horizontalmente por él arrastrando el ratón con el botón derecho presionado. Haciendo clic sobre cualquier marcador de la gráfica, accede al detalle de la medición asociada.

#### B. Detalle de una medición concreta

En la parte superior izquierda, se muestra la gráfica que representa la evolución del OSI en los 20 segundos que dura una medición concreta, asignándole el color asociado al grupo al que pertenece la medición, en función de sus características.

En la parte superior derecha, se muestra claramente el grupo al que pertenece la medición estudiada, así como el ojo estudiado.

En la parte inferior derecha, se muestran las notas asignadas a la medición visualizada, así como la fecha en la que se realizó. Puede modificar las notas al finalizar la medición, o durante cualquier visualización posterior.

# C. Área de botones

Formada por los botones que permiten cambiar la información visualizada entre:

- Las imágenes de doble paso, explicadas en el punto 3.5.4.2.1.
- La clasificación en grupos, explicada en los puntos A y B de esta sección.

# 3.5.4.3 Depth of Focus

Los resultados de esta medición se visualizan como muestra la siguiente figura:



Figura 34. Resultados de Depth of Focus

Se muestran las nueve imágenes de doble paso registradas durante la secuencia. Cada una de esas imágenes de doble paso tiene la siguiente información relacionada.

- Fuera de la imagen, en la parte superior, se muestra la demanda acomodativa solicitada al paciente durante la captura de esa imagen, teniendo en cuenta la posición de mejor enfoque detectada durante la propia medición. Es por ello que la mejor imagen de doble paso detectada muestra 0.0D, y es marcada como "Far vision". La imagen marcada como "Near Vision" corresponde con una demanda acomodativa de 2.0D.
- Dentro de la imagen, en la parte superior izquierda, se muestra un número que corresponde al valor, en minutos de arco, de la anchura del perfil al 50%. Cuanto más baja es esa anchura, mejor enfocada se considera la imagen.
- Fuera de la imagen, en la parte inferior, se muestra una simulación de cómo sería la imagen proyectada sobre la retina de un optotipo (letra E Snellen). Recuerde que el paciente no tiene porqué ver tal como muestra la pantalla, ya que sólo se tiene en cuenta la calidad óptica del ojo, no el posterior tratamiento neuronal realizado a la imagen retiniana.

 Bajo la simulación del optotipo, se muestra la posición de enfoque correspondiente a esa posición. La tercera imagen siempre corresponderá con la posición de enfoque seleccionada en los resultados de la medición "Best Focus" en el momento en que se inició la medición.

Además, en la parte inferior derecha de la pantalla, se muestra una gráfica de un índice de calidad de imagen en función de la posición de enfoque. Estos valores de calidad de imagen están normalizados, por lo que, para la mejor posición de enfoque se asocia un valor unitario. Seleccionando un área específica de la gráfica con el cursor del ratón, puede realizar un zoom de esa sección. Puede aumentar el zoom empezando a seleccionar desde arriba a la izquierda, y disminuirlo empezando a seleccionar desde abajo a la derecha.

Se considera que el *Rango Acomodativo OQAS* (OAR) es el rango dióptrico comprendido entre el BF y el punto en el que la gráfica de calidad disminuye al 50%.

En el caso de que el programa considere que es posible obtener más precisamente el rango acomodativo modificando el valor de *Posición de enfoque seleccionada*, ya sea debido a que la gráfica de calidad no llega a disminuir por debajo del 50% o a que la mejor refracción esférica es la primera de las estudiadas, informará de ello mediante una advertencia visible en la parte superior de la pantalla de resultados, justo debajo del resultado numérico.

Puede exportar las imágenes haciendo doble-clic con el botón izquierdo del ratón y especificando el directorio deseado. Puede salvarlas tanto en formato *jpg* como *bmp*.

Para exportar la gráfica, haga doble-clic con el botón izquierdo del ratón sobre la misma y especifique el directorio deseado. Puede exportarla tanto como una imagen (formatos *bmp* o *jpg*), o directamente salvar sus datos en un archivo de texto (*txt*).

#### 3.5.4.4 Pantallas de comparación de resultados

Tal como se indicó en el apartado 3.4.3.3 Comparar, el programa dispone de pantallas de comparación de resultados para cada uno de los tipos de medida, a excepción de las mediciones de Purkinje.

Las siguientes figuras muestran un ejemplo de cada una de dichas pantallas. Todas ellas tienen una estructura similar. En la parte inferior se detallan los parámetros utilizados en cada medida, mientras que en la parte superior se muestran los resultados obtenidos. Encontrará los mismos resultados numéricos que si consultase cada medida de forma individual. En las pantallas de *OSI* y *Light Condition*, utilice el botón *Más opciones* para visualizar la información relativa a MTF y perfiles.



Figura 35. Comparación de medidas de OSI

				Dr. John Smit	h - Visiometrics Eye Ca SH 1 - 2.4.0.0 (2017A 210620117 20	are () () () () () () () () () ()
Database	DEMO, PATIENT 123456		DE 123	MO, PATIENT 3456		
Print		S2:275         0.506         2.40           4.78         Decimal Snellen         1.7         20/12           1.6         20/13         1.2         20/17	Profile MTF MTF cutoff (c/deg) Strehl ratio Width at 50% (arc min Width at 10% (arc min Pot. VA 100% Pot. VA 20% Pot. VA 30%	25.466 0.167 1) 5.72 15.61 Decimal Snellen 0.8 20/25 0.6 20/33 0.4 20/60		
Setup Exit	Sph.: 0.000 Cyl.: Measured pupil diameter (mm): Artificial pupil diameter (mm): Best focus position (D): Selected focus position (D): Examination conditions: No correction	0.00 Axis : 0 Notes:	2.8 Mea 7.0 Arti 0.000 Seit 0.000 Seit Exa No	Sph.: 0.000 Cyl. Isured pupil diameter (mm): Ticial pupil diameter (mm): t focus position (D): steted focus position (D): mination conditions: correction	: 0.00 Axis : 0 Notes:	2.8 4.0 -0.250 -0.250





Figura 37. Comparación de medidas de Depth of Focus



Figura 38. Comparación de medidas de Tear Film

Puede imprimir un informe de comparación. Para ello, simplemente haga clic sobre *Imprimir*. Véa el apartado 3.5.6 para información más detallada.

Puede exportar cualquier imagen mostrada en estas pantallas haciendo doble-clic con el botón izquierdo del ratón y especificando el directorio deseado. Puede salvarlas tanto en formato *jpg* como *bmp*. Asimismo, puede exportar las gráficas haciendo doble-clic con el botón izquierdo del ratón sobre las mismas y especificando el directorio deseado. Puede exportarlas tanto como una imagen (formatos *bmp* o *jpg*), o directamente salvar sus datos en un archivo de texto (*txt*).

# 3.5.5 Medición de Purkinje

#### 3.5.5.1 Introducir la refracción subjetiva

Para realizar una medición *Purkinje*, no es necesario haber realizado una medición *Best Focus*. Sin embargo, sí es necesario haber introducido la refracción subjetiva del paciente.

Es importante recalcar que, en el momento de efectuar la medición, el paciente:

 No debe estar corregido de ningún modo: sin gafas propias ni de prueba, sin lentes cilíndricas en el cabezal de la máquina ni lentillas. • Debe mirar al láser siempre que éste sea visible.



El paciente debe realizar la medición sin corregir sus defectos visuales. Por lo tanto, no se utilizarán ni lentes de prueba ni las propias del paciente.



Figura 39. Refracción subjetiva

Por lo tanto, los datos introducidos aquí, en cuanto a la medición de Purkinje, sólo son utilizados para situar el estímulo a la distancia adecuada del ojo del paciente, hecho que le permitirá ver el estímulo clara y cómodamente.

## 3.5.5.2 Seleccionar la opción Purkinje

Una vez introducida la refracción subjetiva, seleccione la opción Purkinje.

		Dr. John Smith - Visiometrics Eye Care
Database	DEMO, PATIENT 123456	
New Measure		and the Surgers
Print Save	Sph.:         3.126         Examination conditions:           Cyl.:         0.50         Axis:         16           Change subjective refraction         16         16	
Best Focus	Measured pupil diameter (mm):         0.0           Artificial pupil diameter (mm):         5.0 < >           Best focus position (D):         0.000	
osi	Notes	
Tear Film		CRAWN N
Hide advanced		
Depth Of Focus		
Light Condition		
Purkinje		
Setup		
Exit		

Figura 40. Posición de la opción Purkinje

### 3.5.5.3 Alejar la máquina del paciente y centrar el ojo

Ahora, mientras el paciente mira al centro de la casa del estímulo, desplace la máquina lo más lejos posible del ojo del paciente, y procure, dentro de lo posible, centrar la pupila en el eje de coordenadas sobreimpreso en la imagen en vivo.

Durante este paso:

- No preste atención a si el ojo aparece, o no, enfocado en la imagen en vivo.
- Indique al paciente que puede parpadear tantas veces como quiera, ya que aún no se está capturando ninguna medición.

		Dr. John Smith - Visiometrics Eye Care
Database	DEMO, PATIENT 123456	
New Measure Print Save	Sph.: 3.125 Cyl.: 0.50 Axis: 15 Change subjective refraction	
	PRE - Without inlay POST - With inlay	
Best Focus	Automatic	
osi		And
Tear Film		
Hide advanced		
Depth Of Focus		
Light Condition		and the second se
Purkinje		
Setup		
Exit		

Figura 41. Ojo en vivo centrado, pero desenfocado.

#### 3.5.5.4 Seleccionar la opción adecuada

Una vez la máquina esté lo más lejos posible del paciente, y el ojo del paciente esté medianamente centrado sobre el eje, seleccione la opción adecuada en función del tipo de estudio a realizar:

- *Pre-Without inlay* para aquellos pacientes que no tengan el "inlay" KAMRA<sup>™</sup> implantado.
- Post-With inlay para aquellos pacientes que tengan el "inlay" KAMRA<sup>™</sup> implantado.

En el momento de seleccionar una de las 2 opciones, el láser se activará y el paciente ya lo podrá ver. A partir de aquí, el paciente deberá intentar mirar siempre al láser.

Las opciones *Automatic* y *Manual* indican al programa si la imagen tiene que ser estudiada automáticamente, o si será usted quien, una vez adquirida la imagen, marcará sobre ella la situación de:

- En las adquisiciones *Pre-Without inlay*, la pupila.
- En las adquisiciones *Post-With inlay*, el "inlay" KAMRA<sup>™</sup>.

El paciente, en este paso, puede aún parpadear tanto como requiera para sentirse cómodo.

#### 3.5.5.5 Enfocar con la ayuda de las flechas de dirección

Durante este paso, el programa utilizará 2 flechas, una azul señalando al ojo del paciente, y una amarilla señalándole a usted, que guiará sus movimientos. Tenga en cuenta que dichas indicaciones sólo se mostrarán cuando el ojo esté correctamente centrado en la imagen.

Inicialmente, la flecha de color azul le indicará que debe acercar la máquina al paciente. Ese acercamiento debe realizarlo a velocidad constante y manteniendo siempre el ojo del paciente centrado en la pantalla.



Figura 42. Flecha azul al inicio de la secuencia.

En algún momento de ese avance, un círculo verde aparecerá alrededor de la imagen de Purkinje del láser, en una zona muy céntrica de la imagen. Continúe avanzando a velocidad constante manteniendo ese círculo verde lo más centrado posible, alcanzando el punto de mejor enfoque y sobrepasándolo.



Figura 43. Flecha azul con círculo verde alrededor del reflejo del láser.

Poco después de sobrepasarlo, el programa reconocerá que ha sobrepasado el punto de mejor enfoque, y substituirá la flecha azul por una flecha amarilla orientada en sentido inverso. Invierta el sentido del movimiento de la máquina, alejándola del paciente.



Figura 44. Flecha amarilla justo después de perder la detección del reflejo del láser.

En este punto, el programa continuará utilizando las flechas, y su tamaño, para indicarle en qué dirección debe mover la máquina hasta alcanzar el punto de mejor enfoque, y cómo de lejos está de ese punto de mejor enfoque (cuanto más grande sea la fecha, más alejado del punto de mejor enfoque se encuentra la máquina).



Figura 45. Flecha amarilla en un punto muy cercano al mejor enfoque

Una vez alcanzado el punto de mejor enfoque, las flechas serán substituidas por una marca verde, indicando que la máquina ya se encuentra a la distancia óptima, por lo que no debería volver a mover la máquina.



Figura 46. Marca verde indicando la posición del mejor enfoque.

Es aconsejable, durante este proceso de enfoque, que el paciente, aunque puede parpadear, evite hacerlo de modo excesivo, ya que los parpadeos pueden llegar a confundir al programa.

Si en algún momento del proceso de enfoque el programa deja de mostrar las flechas de dirección, cancele completamente la operación, y vuelva a comenzar la medición.

#### 3.5.5.6 Captura automática de imágenes y detección de elementos buscados

Una vez llegados a este punto, el programa comenzará a capturar imágenes automáticamente, y se comportará de las siguientes maneras:

- Modo Automatic: el programa intentará detectar, en las imágenes:
  - En adquisicones *Pre-Without inlay*: la imagen de Purkinje del láser y la pupila.
  - En adquisicones *Post-With inlay*: la imagen del Purkinje del láser y el "inlay" KAMRA<sup>™</sup>. También intentará detectar la pupila, pero no es obligatorio.
- Modo Manual: el programa intentará detectar en las imágenes simplemente la imagen de Purkinje del láser. Será usted quien, más adelante, indicará dónde se encuentran los elementos importantes.

Si en algún momento, estando el ojo centrado, se perdiese el mejor foco detectado en el paso previo, ya sea porque el paciente ha movido involuntariamente la cabeza o usted ha movido involuntariamente la máquina, las flechas indicativas le mostrarán cómo debe alcanzar nuevamente el mejor punto de enfoque.

Del mismo modo, si en algún momento el ojo se descentra, la marca verde que indica el enfoque correcto desaparecerá, así como el círculo verde alrededor de la imagen de Purkinje del láser. Deberá centrar el ojo del paciente para volver a obtener las indicaciones oportunas.

Es aconsejable, durante este proceso de captura automática de imágenes, que el paciente parpadee lo menos posible.

### 3.5.5.6.1 Modo Automatic

El programa tratará de capturar 3 imágenes consecutivas y suficientemente parecidas entre ellas. Una vez hecho esto, el programa decidirá automáticamente la mejor de esas 3 imágenes, y la presenta en pantalla.

#### 3.5.5.6.2 Modo *Manual*

Una vez el programa captura una imagen en la que es capaz de detectar el láser, el paciente puede nuevamente parpadear cómodamente, ya que la imagen ya ha
sido capturada. La imagen capturada es mostrada ampliada y con los contrastes exagerados:



Figura 47. Ampliación en la que la pupila y el centro indicado no son correctos.

Sobre la imagen ampliada, localice:

- En adquisiciones *Pre-Without inlay*: el centro y el borde de la pupila.
- En adquisiciones *Post-With inlay*: el centro y los bordes del "inlay" KAMRA™.

Para localizar el centro, simplemente desplace el ratón al lugar ideal. Para ajustar el diámetro, utilice la rueda del ratón, o las teclas "+" y "-".



Figura 48. Ampliación en la que la pupila y el centro indicados son correctos.

Una vez ha localizado el centro y diámetro correctos, haga clic con el ratón, y el programa mostrará los resultados parciales de la adquisición.

### 3.5.5.7 Validar una imagen parcial

Evalúe cuán buena es la imagen capturada y propuesta por el programa, valorando cómo de bien se ajustan a la imagen las fronteras y puntos detectados y mostrados en ella.

Mientras toma la decisión, el paciente puede nuevamente parpadear cómodamente, ya que la imagen ya ha sido capturada.

#### 3.5.5.7.1 Imagen parcial errónea

Si considera que la detección de la pupila, o del eje óptico, o la lente en caso de mediciones post-operatorias, no es suficientemente buena, seleccione el botón *Discard image*, y el programa regresará nuevamente al punto "3.5.5.6 Captura automática de imágenes y detección de elementos buscados".

Database	DEMO, PATIENT 123456		
New Measure	Sph. : 0.000 No	otes:	
	OD Cyl.: 0.00 Axis: 0		
		DOCT Mithin	slov
	PRE - Without Inlay  Automatic	Manual	
Best Focus	Aquiring image	e 1 of 5	
osi			
Tear Film			
Uide advanced			
Depth of Focus	Partial result:		
Light Condition	Pupil diameter:	4.8	mm.
Purkinie	Purkinje vs. pupil Cold Length. Purkinje vs. pupil Angle:	86	o 0
r arkinje	Purkinje vs. pupil:	-45(X), 615(Y) SUPERONASAL	µm.
Setup			
Exit			

Figura 49. Detección incorrecta de la pupila en medición parcial pre-operatoria.

### 3.5.5.7.2 Imagen parcial correcta

Si considera que la imagen es suficientemente buena, seleccione el botón *Valid image!*. El programa guardará la imagen como válida y pasará al siguiente punto.



Figura 50. Detección correcta de la pupila en medición parcial pre-operatoria.

### 3.5.5.8 Adquirir y validar las imágenes parciales restantes

En modo *Manual*, este punto no es necesario, por lo que el programa saltará directamente al siguiente punto (0"3.5.5.9 Resultados finales").

En cambio, en modo *Automatic*, una vez en este punto, usted ya ha capturado y validado una imagen parcial completa. Pero, debido a la precisión que se le exige al programa, una sola imagen, a pesar de haber sido validada por usted, no es suficiente para garantizar la exactitud de los datos resultantes.

En consecuencia, el programa requiere capturar y validar 4 imágenes más, para finalmente, quedarse con la que estadísticamente mejor representa la realidad del ojo del paciente.

Siendo así, el programa, en el momento en el que usted valide una imagen, regresa al punto "3.5.5.6 Captura automática de imágenes y detección de elementos

buscados0", con el fin de capturar y validar las imágenes restantes hasta alcanzar un total de 5 imágenes validadas.

Tenga en cuenta, al regresar al punto "3.5.5.6 Captura automática de imágenes y detección de elementos buscados" que, puesto que la posición del paciente no debería de haber cambiado, como tampoco la de la máquina, el ojo ya debería de encontrarse prácticamente enfocado. Sin embargo, puesto que el ojo está en constante cambio, es posible que se "haya perdido" el mejor enfoque.

Para la segunda y sucesivas imágenes, el programa, automáticamente, descartará aquellas que se alejen demasiado de la imagen validada anteriormente por el doctor, de modo que, en su conjunto, las 5 imágenes validadas serán ya muy similares.

Una vez usted valida la quinta imagen capturada, el programa salta automáticamente al paso siguiente.



Figura 51. Quinta medición parcial perteneciente a una medición pre-operatoria.

#### 3.5.5.9 Resultados finales

Estando en este punto, el paciente puede retirarse de la máquina, ya que la secuencia de la medición ha finalizado completamente.

Una vez usted ha validado la última imagen capturada, el programa muestra la imagen resultado final. Esta imagen resultado final es escogida automáticamente por el programa de entre todas las imágenes capturadas y validadas por usted (1 en modo *Manual* ó 5 en modo *Automatic*), y es, estadísticamente, la que más se acerca a la realidad.

Para las imágenes resultado de mediciones pre-operatorias, se muestra:

- Amarillo: Pupila y su centro.
- Verde: Eje óptico.
- Rojo: Posición donde debería ser implantado el "inlay" KAMRA™.

				Dr. John Smith -	Visiometrics
Database	DEMO, PATIENT 123456				
New Measure Print Save	Sph.: 0.000         Not           Cyl.: 0.00         Axis: 0	tes:		100	Fire
Best Focus					
OSI Tear Film					
Hide advanced	Final result:	Modify			
Light Condition	Pupil diameter: Purkinie vs. pupil Cord Length:	6.2 377	mm. um.		
Purkinje	Purkinje vs. pupil Angle: Purkinje vs. pupil: S	14 -366(x), 90(y) SUPERONASAL	φ μm.		
Setup					
Exit					

Figura 52. Resultado final de una medición pre-operatoria.

Para las imágenes resultados de mediciones post-operatoria, se muestra:

- Verde: Eje óptico.
- Rojo: Lente KAMRA<sup>™</sup> y su centro.

				Dr. John Smith - Visiometrics Eye Care
Database	DEMO, PATIENT 123456			
New Measure	Sph. : 0.000	Notes:		
Print	<b>OS</b> Cyl. : 0.00			COMPANY OF THE OWNER
Save	AXIS : U			State of the second
Best Focus				
OSI				
Tear Film				
Hide advanced				
Depth Of Focus	Final result:	Modify		
Light Condition	Purkinje vs. pupil Cord Lengt	th: 483	μm.	
Purkinie	Purkinje vs. pupil Angle:	26	0	
r antinje	Purkinje vs. pupil:	SUPERONASAL	µm:	
Setup	Inlay vs Pupil:	-330(x), 90(y)	μm.	Conditioner 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Exit	Inlay vs Purkinje:	105(x), -120(y)	μm.	And Advances of the second distances of

Figura 53. Resultado final de una medición post-operatoria.

### 3.5.6 Impresión y exportación de un informe de resultados

En cualquiera de los tipos de medida, haga clic en el botón *Imprimir* para imprimir un informe completo de los resultados y parámetros de la medida.

Para OSI y Light Condition, existen 2 tipos de informes, y se imprimirá uno u otro en función de la pantalla de resultados visualizada al hacer clic en el botón Imprimir.

En el momento de la impresión, aparece un menú en el que puede elegir si desea imprimir el informe, ver una vista previa o exportar dicho informe a un archivo. El informe puede ser exportado en formato *bmp*, *jpeg* y *pdf*. También puede realizar esta exportación desde la vista previa (pulsando *Guardar como*).

La Figura 54 y siguientes muestran un ejemplo de impresión de un informe para cada tipo de medida. Cada uno incluye la información más relevante de la medida, tanto los parámetros utilizados como los resultados obtenidos.

DEM0, F	PATIENT					Dr. John	Smith - Visiomet	trics Eye Care
120100				Sph:	C	CVI:	Axis:	42011 14.0E
-		Manifest		0.000	0	.00	0	
	IS	Refraction			B	CVA:	UCVA:	
Artificial pup Best focus p Selected foc No correction	il diameter: osition: us position: n.			4.0 Me 0.000 No 0.000	easured pupil tes:	diameter:		2.8
Objective re	fraction imag	es:						
			•	۰				
1.000	0.750	0.500	0.250	0.000	-0.250	-0.500	-0.750	-1.000
		Retinal Image	30		10 0.9 0.8 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	s 10 Spatial	15 20 25 (requency (c/dsg) Decimal 0.7 0.6	30 35 Snellen 20/29 20/33
	Simulation o	f the image on the	patient's ret	ina	Potenti MTF cd Strehl	ial VA 9%: utoff (c/deg): ratio: OS	0.4 I: 1	20/50 22.221 0.174 .3

Figura 54. Ejemplo de informe de impresión para OSI



Figura 55. Ejemplo de informe de impresión para Light Condition



Figura 56. Ejemplo de informe de impresión para Depth of Focus

DEM0 12345	, PATIENT	Г									Dr. Jo	hn Sr	nith - Vis	siome 21/0	trics Eye 6/2017 1	Care 9:26
				2		Sp	h:			Cyl:			A	dis:		8
			Manifest	n	1	0.0	00		C	0.00	)		3	0		
	UU								B	CVA	:		UC	VA:		
Artificia Objectiv Measure No corre	l pupil diamet le spherical re ement sph refr ection.	er: fraction: raction:			7.0 0.250 0.000		N	Aeasu lotes:	red pupi	il dia	meter:				2.4	ļ
Objective	refraction im	nages:														
				•		•	•		٠							
1.000	0.750	0.50	0	0.25	50	0.0	000	-0	0.250	15	-0.500		-0.750	l.	-1.00	00
0.0 5 1 1	0.5 5 1.2	1.0 5 1.	1.5 5	Blink	2.0 \$	1.5	2.5 \$	5.1.3	3.0 s	1.3	3.5 S	1.2	4.0 \$	1.3	4.5 5	1.4
•	•	-									•				•	•
5.0 5 1.4	5.5 5 1 3	5.0 \$ 1.1	5.5 5	1,4	7.0 s	1.3	7.5 \$	1.4	6.0 S	1,4	8.5 S	1.4	9.0 \$	1.3	9.5 \$	1,4
<b>Q</b>	2	•			•											
10.0 5 1.4	10.55 1.5	11.0.5 1.1	11.5 5	1.5	12.0 s	1.4	12.5 5	1.4	13.0 s	1.4	13.5 5	1.3	14.D S	1.4	14.5.5	1.3
2					-				•				4		1	
16.0.5 1.3	16.5.5 1.3	16.0 s 1.	16.5.5	1.2	17.0.5	1.4	17,5 5	1.7	18.0 5	1.5	18.5.5	1.3	19.0 5	1.3	19.5 5	1.4
		•	•		•		•		9		-		<u></u>		4	
			Mea	n 03	SI at 7n	nm.	13	37+1	0 13							
					05	levoluti	on with time									
			1.0													
		Ē	2.0													
		2 <b>%</b> 50		-	n/w	***	Had a		******	1	**	M	av 1	65		
			15									Mi	in: 1.	.02		
		á.	10 0 2	4	6	8	10 1	2 1	4 16	18		Di	f: 0.	64		
						- 6	-s (nor)					-	-			

Figura 57. Ejemplo de informe de impresión para Tear Film (de imágenes de doble paso)



Figura 58. Ejemplo de informe de impresión para Tear Film (patrón de sonidos)



Figura 59. Ejemplo de informe de impresión para un pre-operatorio de Purkinje

PATIENT, DEMO 0003		My Comapany Name My First and Second Name 07/19/2013 09:34
		Serial #: 00102301 SW Version: 1.0.0.0 (2013/07/18)
OD	Post-Operation	
Results:	For Purkinj For Angle Definition: 0°=Temporal, 90°=Superior, 180° For Inlay v For Inlay	e vs Pupil: Pupil is datum origin (0x, 0y) =Nasal, -90°=Inferior, -179.9°=Nasal s Purkinje: Inlay is datum origin (0x, 0y) v s Pupil: Pupil is datum origin (0x, 0y)
Purkinje vs Pupil Cor Purkinje vs Pupil Ang Purkinje vs Pupil:	d Length: 278μm le: 3° 283(x), -15(y)μm INFEROTEMPORAL	
Inlay vs Pupil: Inlay vs Purkinje:	319(x), -134(y) <b>μm</b> 36(x), -119(y) <b>μm</b>	
		+X -X Temporal Nasal -Y Inferior

Figura 60. Ejemplo de informe de impresión para un post-operatorio de Purkinje

Finalmente, también puede generar un informe para cada una de las pantallas de comparación de resultados (accesibles a través de la opción *Comparar* en *Base de datos*). Haga clic sobre *Imprimir* en dichas pantallas para obtener los informes.

## 3.6 CONFIGURACIÓN

Haciendo clic sobre el botón *Configuración,* visible prácticamente en cualquier pantalla del programa, se accede a la pantalla de gestión de la configuración del sistema.

En la Figura 61 se muestra dicha pantalla de configuración. Se puede dividir en zonas claramente diferencias:

-Identification-			-Visual options for "OSI"-	
Company:	visiometrics Eye Care		Start automatically after Dest focus measurement.	
User:	Dr. John Smith		Default screen for results:	MTF 🔽
			When finishing a new measurement, jump directly to "Results".	>
–General visual I	ehavior		When jumping directly to "Results", show also the 6 double pass images.	
Show main menu	in right side (like older versions).		In results screen, show color scale below OSI value.	>
-Saving and exp	orting		-Tear Film options-	
Save automatical	y when showing results.		Start automatically after "OSI" measurement.	×
Export automatica	illy to PDF when saving.	V	Default sounds pattern to follow during measurements: Stress	condition 🔻
Folder for PDF file	s: \\SharedFolder\PDF\			
File name format:	32459872_OSI_OD_468.pdf		–Visual options for "Purkinje"	
Export automatica	illy to IFA Systems when saving.	>	Show pupil in "Post-With inlay" images.	
Folder for IFA Sys	tems files: \\SharedFolder\IFA\			
	Export log files		Export Config File	

Figura 61. Pantalla de Configuración

## 3.6.1 Identificación

*Compañía* se refiere al nombre de la clínica u hospital donde está instalado el equipo. *Usuario* se refiere al nombre del doctor responsable de él.

La información introducida se muestra en la cabecera de todas las pantallas del programa, aunque ningún campo es obligatorio, por lo que se pueden dejar en blanco si así se desea.

### 3.6.2 Opciones visuales generales

Permite mostrar los menús principales a la izquierda, como suele ser lo normal en la mayoría de programas, o la derecha, como ocurría en versiones anteriores del programa.

#### 3.6.3 Guardar y exportar

La primera opción ordena al programa que, al tomar una nueva medición, tan pronto como obtenga su resultado, lo almacene automáticamente en la base de datos.

La segunda opción ordena al programa que, tan pronto como una medición sea guardada en la base de datos, también sea exportada automáticamente a un fichero .pdf. La carpeta destino de esas exportaciones automáticas se configura en la tercera opción, y el nombre del fichero generado seguirá las características definidas mediante la cuarta opción.



Figura 62. Pantalla para configurar el formato del nombre

La quinta y sexta opción ordenan al programa que, tan pronto como una medición sea guardada en la base de datos, también sea exportada automáticamente a un fichero .xml interpretable por los servidores de la compañía IFA Systems AG®.

### 3.6.4 Opciones visuales para "OSI"

La primera opción ordena al programa que, tan pronto como finalice una medición "Best Focus", inicie automáticamente una medición "OSI".

La segunda opción ordena al programa que, tan pronto como disponga de la información para calcular los resultados, los calcule y los muestre, sin solicitarle la revisión de las 6 imágenes de doble paso.

La tercera opción ordena al programa mostrar, en la pantalla de resultados, la escala de color debajo del valor OSI.

La cuarta opción permite escoger qué pantalla de resultados debe ser la mostrada por defecto una vez éstos se han calculado. Todas las pantallas estarán disponibles, pero el programa mostrará, por defecto, la aquí seleccionada.

La quinta opción permite mostrar 6 imágenes de doble paso, junto con los resultados, en el caso de que el programa esté configurado para calcular y mostrar los resultados sin solicitar la revisión de las 6 imágenes de doble paso.

## 3.6.5 Opciones de Tear Film

La primera opción ordena al programa que, tan pronto como finalice una medición "OSI", inicie automáticamente una medición "Tear Film".

La segunda opción indica al programa el patrón de sonidos por defecto que debe utilizar al realizar secuencias de tipo *Tear Film*.

## 3.6.6 Opciones visuales de Purkinje

Indica al programa si, en las imágenes resultado de las mediciones "Post-With inlay", debe sobre-imprimir la pupila detectada.

## 3.6.7 Botones Modificar y Cancelar

Una vez haya configurado como desee el comportamiento que debe seguir el programa, aplique los cambios mediante el botón *Modificar*. Si, en caso contrario, quiere descartar los posibles cambios, simplemente cancele.

## 3.6.8 Botones auxiliares

El botón *Exportar logs* es útil para resolver posibles problemas técnicos o comportamientos inesperados del programa. El programa, internamente, registra "logs" de utilización que, mediante este botón, pueden ser comprimidos en un único fichero y enviados por correo electrónico, en caso de que así lo requiera el Servicio Técnico de Visiometrics.

El botón *Exportar config.* permite exportar el fichero de configuración del programa. Igual que el botón anterior, es útil para resolver posibles problemas técnicos o comportamientos inesperados.

## 3.7 COPIA DE SEGURIDAD

Haciendo clic sobre el botón *Backup* de la pantalla principal, realizará una copia de seguridad de la base de datos. Para ello, seleccione la ubicación donde se hará dicha copia.

La copia de seguridad se ejecuta sobre todos los archivos relativos a datos de pacientes y las medidas que se les ha realizado. Esto incluye el archivo de base de datos de Microsoft Access<sup>™</sup>, así como todas las imágenes registradas.

En caso de seleccionar una ubicación donde ya exista una copia de seguridad, el programa actualizará la copia de seguridad ya existente.

Se recomienda llevar a cabo una copia de seguridad de los datos de manera regular. Tenga en cuenta que dicha copia puede ocupar una gran cantidad de espacio en el disco, pudiendo llegar a varios gigabytes, por lo que es necesario comprobar que hay espacio suficiente en la carpeta en la que se guarde la copia.

## 4 EJEMPLOS DE MEDIDA

## 4.1 OJO NORMAL

La Figura 63 es un ejemplo del informe de resultados de una medida de un ojo sano de un paciente joven.



Figura 63. Ojo normal

Se aprecia que la imagen de doble paso es muy pequeña y redondeada, es decir, que la degradación de la imagen retiniana, debida tanto a aberraciones como a difusión intraocular, es muy pequeña. Esto se comprueba con el valor muy elevado de *AV Potencial* (pocas aberraciones) y el valor muy bajo de *OSI* (poca difusión), como cabría esperar.

En cuanto a la simulación de la imagen proyectada sobre la retina, se aprecia que no se produce una degradación importante con respecto a la imagen original.

## 4.2 OJO CON CATARATA

La Figura 64 es un ejemplo de informe de resultados de un ojo con catarata.



Figura 64. Ojo con catarata

Como se puede observar, la imagen de doble paso es mucho más extensa que la correspondiente a un ojo normal. Esto quiere decir que le energía (luz) que llega a la retina lo hace de una forma muy dispersa. Este es precisamente el efecto de la difusión intraocular (la luz se difunde en todas direcciones). Como consecuencia, cabe esperar un valor de *OSI* elevado, como así es. Asimismo, el valor de *AV Potencial* ha de ser bajo.

Observando la simulación de la imagen proyectada sobre la retina, se comprueba que la degradación introducida por los medios oculares es importante, comparándola con la imagen original. La difusión genera una caída del contraste global de la imagen. Esto es el conocido efecto de velo que provocan las cataratas. Cabe destacar que otros efectos como la aparición de halos o de deslumbramiento no son simulados en esta imagen, por lo que su presencia no debe ser esperada.

## 4.3 OJO POST-LASIK

Después de una operación de LASIK, existe una cierta incertidumbre sobre el estado real del ojo, ya que aunque el paciente vea correctamente, es posible que aparezcan nuevas aberraciones o un cierto grado de difusión en la córnea. Realice una medida al paciente para comprobar que la operación ha sido todo un éxito. Se muestra en la Figura 65 un ejemplo del informe de resultados de una medida de un ojo tras cirugía LASIK. Se puede apreciar como la calidad de visión es muy satisfactoria, ya que la imagen de doble paso es redondeada y de tamaño aceptable. El valor de *OSI* es bajo y el de *AV Potencial* es alto, como correspondería a una operación realizada con éxito.



Figura 65. Ojo post-LASIK tras cirugía exitosa

Sin embargo, en la Figura 66 se muestra un ejemplo de una cirugía donde no se han alcanzado los resultados esperados. La imagen de doble paso es más extensa, debido a la presencia tanto de aberraciones como de una cierta componente de difusión. El valor de *OSI* es más significativo que en el caso anterior (mayor difusión), y la *AV Potencial* es menor.

En las simulaciones de la imagen proyectada sobre la retina también se aprecia un emborronamiento más marcado en el segundo caso.



Figura 66. Ojo post-LASIK tras cirugía no exitosa

## **5 RESOLUCIÓN DE ERRORES**

Cuando se produce un error, el programa muestra un mensaje detallando el tipo de error ocurrido. Estos son los posibles mensajes que se muestran a usuario:

## 5.1 Mensajes de error

Código	Mensaje de error	Causa			
5	El programa requiere una resolución de pantalla de 1366x768, 1366x800, 1280x768 o 1280x800. La resolución actual es diferente y el programa debe cerrarse. Intente variar la resolución de su pantalla.	El programa se ha de ejecutar utilizando una de las siguientes resoluciones de pantalla: 1366x768, 1366x800, 1280x768, 1280x800. El mensaje se muestra si la resolución no es ninguna de éstas. El usuario ha de cambiar la resolución de la pantalla.			
6	La inicialización del programa ha fallado. El programa se cerrará.	Por algún motivo (falta de memoria, falta de espacio en disco,) no se puede inicializar el programa. Contacte a Visiometrics.			
21	La adquisición ha fallado.	Por alguna razón, la medida no se ha podido completar. Pruebe de nuevo.			
22	El proceso de autoenfoque ha fallado. Por favor, compruebe la refracción subjetiva y corrección introducida, e inténtelo de nuevo.	Por alguna razón, la secuencia de <i>Refracción objetiva</i> no se ha podido completar. Compruebe la refracción subjetiva introducida y pruebe de nuevo.			
25, 26, 27, 28, 29, 30	El programa ha detectado un problema con el hardware.	Se ha producido un error de hardware en el sistema interno de compensación de refracción esférica, en la pupila artificial, en el obturador, en el láser, en el vibrador o en los LED's de iluminación. El usuario ha de apagar y volver a encender el instrumento para comprobar si el error es repetitivo. Si lo es, contacte con Visiometrics.			
32	Error en la señal de video.	Se ha producido una pérdida de la señal proveniente de las cámaras del sistema. El usuario ha de apagar y volver a encender el instrumento para comprobar si el error es repetitivo. Si lo es, contacte con Visiometrics.			
33	Las imágenes no han podido ser leídas de disco.	Las imágenes correspondientes a la medida seleccionada no se han encontrado en disco. Contacte con Visiometrics si este error es repetitivo.			
34	Error en el procesado de las imágenes.	Se ha producido un error al procesar las imágenes. Contacte con Visiometrics si este error es repetitivo.			
36	El programa no ha registrado suficientes imágenes para su procesado. Por favor, inténtelo de nuevo.	Por alguna razón, la medida no se ha podido completar (no se han registrado todas las imágenes). Pruebe de nuevo.			

Código	Mensaje de error	Causa		
39	No hay ningún paciente seleccionado.	No se ha seleccionado ningún paciente para ver los resultados de una medida. Selecciónelo.		
40	No hay ninguna adquisición seleccionada.	No se ha seleccionado ninguna medida para ver sus resultados. Selecciónela.		
41	Hay más de una adquisición seleccionada.	Ha seleccionado más de una medida para ver sus resultados. Seleccione sólo una.		
46	Las cámaras del sistema no han podido ser detectadas. Compruebe las conexiones.	El programa no detecta las cámaras del instrumento. El usuario ha de comprobar que la conexión entre computadora e instrumento sea correcta.		
47	Una de las cámaras del sistema no ha podido ser detectada. Compruebe las conexiones.	El programa no detecta una de las cámaras del instrumento. El usuario ha de apagar y volver a encender el instrumento para comprobar si el error es repetitivo. Si lo es, contacte con Visiometrics.		
49	Fallo de comunicación con cámara.	Se ha producido un error de comunicación con las cámaras del sistema. El usuario ha de apagar y volver a encender el instrumento para comprobar si el error es repetitivo. Si lo es, contacte con Visiometrics.		
50	No llega suficiente energía a la cámara. Las imágenes no se han podido tomar.	El sistema ha alcanzado el máximo de emisión del láser, pero no es suficiente para medir al paciente. Compruebe la corrección del paciente.		
54	Error al actualizar el contaje de créditos. El programa se cerrará.	No se ha podido descontar un crédito de medida. Contacte con Visiometrics.		

## 5.2 Mensajes de advertencia

Mensaje	Causa
El dispositivo no ha sido detectado por lo que el software se ejecutará en modo "solo	El hardware no está conectado o no está operativo, por lo que no será posible tomar nuevas mediciones.
lectura". Para ejecutarlo en modo normal, revise los cables de conexión y reinicie el software.	Para tomar nuevas mediciones, asegúrese de que el dispositivo está correctamente conectado a la corriente eléctrica y al ordenador. Una vez revisado, reinicie el programa.
El programa ha detectado un problema con el hardware y se cerrará.	Se ha producido un error de hardware y el programa se cierra. El usuario ha de apagar y volver a encender el instrumento para comprobar si el error es repetitivo. Si lo es, contacte con Visiometrics.
La MTF no ha podido ser calculada.	Las imágenes presentan una calidad óptica tan baja que no se puede procesar la función MTF. Contacte con Visiometrics si este error es repetitivo.

Mensaje	Causa
No se ha podido medir la pupila del paciente durante el proceso. Por defecto, se marcará un valor nulo.	Las condiciones de iluminación no son óptimas, por lo que no ha podido ser posible determinar el diámetro pupilar del paciente. Inténtelo de nuevo.
Al menos una refracción esférica está fuera de rango. En caso de medir dicho ojo, por favor corrija dicha refracción con lentes de prueba y elija la opción "Corrección total" en el campo "Corrección" de la pantalla de medida.	La refracción esférica introducida está fuera de rango. Debe ser compensada externamente por medio de lentes de prueba.

Aparte del mensaje por pantalla, los mensajes de error y las advertencias quedan registrados en el archivo

C:/Program Files (x86)/Visiometrics/HD\_Analyzer/log/error.log.



Si se produce un error, por favor, salga del programa, apague el instrumento, y vuelva a reiniciar los dos nuevamente. Si el error persiste verifique las conexiones entre el ordenador y el hardware y contacte con VISIOMETRICS exponiendo la fuente de error.

Si el error persiste, contacte con el servicio de asistencia técnica de Visiometrics.

# 6 FABRICANTE

VISIOMETRICS, S.L. C/Argenters, 8. Edifici 3. Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona (España) Tel.: (+34) 935 824 501

Número de fabricante:	5.122-PS
Nuestra página web:	www.visiometrics.com
Información comercial: Asistencia Técnica:	customerservice@visiometrics.com technicalservice@visiometrics.com

# 7 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Sponsor australiano	Emergo Australia Level 20 Tower II, Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia
---------------------	--

# 8 SÍMBOLOS



Advertencia



Reciclaje de productos eléctricos. No desechar como residuo urbano no seleccionado, sino entregándolo en un punto destinado al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



Marca CE



Número de serie



Parte aplicable



Radiación láser



Equipo de clase II



Frágil



Mantener seco

<u>]]</u>

Mantener en posición vertical



Manual de usuario

## **9** INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Guía y declaración del fabricante - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA							
El equipo HD Analyzer está previsto para el uso en un entorno electromagnético especificado debajo. El cliente o el usuario del equipo HD Analyzer se debería asegurar que se use en dicho entorno.							
Ensayo de inmunidad	Nivel de ensayo de la norma IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - Guía				
			Los equipos móviles y portátiles de comunicaciones de RF no se deberían usar más cerca de cualquier parte del equipo HD Analyzer, incluyendo los cables, que la distancia de separación recomendada a la frecuencia del transmisor. <b>Distancia de separación recomendada:</b>				
RF conducida IEC 61000-4-6	3Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas de ICMª	3 Vrms	d= 1,17 (P) <sup>1/2</sup>				
	10 Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas de ICMª	3 Vrms	d= 4 (P) <sup>1/2</sup>				
RF radiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	d= 4 (P) <sup>1/2</sup> 80 MHz a 800MHz				
			d=7,67 (P) <sup>1/2</sup> 800 MHz a 2,5 GHz donde P es la máxima potencia de salida asignada del transmisor en vatios (W) conforme al fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). <sup>b</sup> Las intensidades de campo desde el transmisor fijo de R, según se determina por un estudio electromagnético del lugar <sup>c</sup> , debería ser menor que el nivel de conformidad en cada rango de frecuencia. <sup>d</sup> La interferencia puede ocurrir en la vecindad del equipo marcado con el siguiente símbolo:				

NOTA 1: A 80 Mhz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2: Estas directrices no pueden aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión desde estructuras, objetos y personas.

<sup>a</sup> Las bandas ICM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

<sup>b</sup> Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencia ICM entre 150kHz y 80MHz y en el rango de frecuencia de 80MHz a 2,5GHz están previstos para disminuir la probabilidad de que un equipo de comunicaciones móvil/portátil pudiera causar interferencias, si se introduce en áreas de paciente inadvertidamente. Por esta razón, se usa un factor adicional de 10/3 en el cálculo de la distancia de separación para los transmisores en estos rangos de frecuencia.

<sup>c</sup> Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones base para radio teléfonos (celulares/sin cables) y radios móviles terrestres, emisoras amateur, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para valorar el entorno electromagnético debido a los transmisores fijos de RF, se debería considerar un estudio del lugar electromagnético. Si la medida de la intensidad del campo en la localización en la que el equipo HD Analyzer se usa excede el nivel de conformidad anterior de RF aplicable, se debería observar el equipo HD Analyzer para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como la reorientación y recolocación del equipo HD Analyzer.
<sup>d</sup> Sobre el rango de frecuencia de 150kHz a 80MHz, la intensidad del campo debería ser menor que 3V/m

#### Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones RF y el equipo HD Analyzer

El equipo HD Analyzer está previsto para el uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones radiadas de RF. El cliente o el usuario del equipo HD Analyzer puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el equipo portátil y móvil de comunicaciones de RF (transmisores) y el equipo HD Analyzer según se recomienda debajo, conforme a la máxima potencia de salida del equipo de comunicaciones.

	Distancia de separación conforme a la frecuencia del transmisor					
Máxima potencia	m					
de salida asignada del transmisor	150 kHz a 80MHz fuera de las bandas de ICM	Hz a 80MHz 150 kHz a 80MHz ra de las en las bandas de 80 MHz a 800MHz las de ICM ICM		800 MHz a 2,5GHz		
W	$d = 1,17\sqrt{P}$	$d = 4\sqrt{P}$	$d = 4\sqrt{P}$	$d = 7,67\sqrt{P}$		
0,01	0,17	0,4	0,4	0,77		
0,1	0,37	1,26	1,26	2,43		
1	1,17	4	4	7,67		
10	3,70	12,6	12,6	24,25		
100	11,7	40	40	76,7		

Para los transmisores asignados con una potencia máxima de salida no listados arriba, la distancia de separación recomendada *d* en metros (m) se puede determinar usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la máxima potencia de salida asignada en vatios (W) conforme al fabricante del transmisor.

NOTA 1. A 80MHz y 800MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2. Las bandas ICM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

NOTA 3. Se usa un factor adicional 10/3 en el cálculo de la distancia de separación recomendada para los transmisores en las bandas de frecuencia ICM entre 150kHz y 80MHz y en el rango de frecuencia de 80MHz a 2,5GHz, para disminuir la probabilidad de que un equipo de comunicaciones móvil/portátil pudiera causar interferencias, si se introduce en áreas de paciente inadvertidamente.

NOTA 4. Estas directrices no se pueden aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión desde estructuras, objetos y personas.